ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (ОКДП 526000)
2.	Объем оказываемых услуг	См. ниже
3.	Требования к качеству оказываемых услуг	Исполнитель должен иметь все условия для качественного оказания услуг. 100 % гарантия качества на оказание услуги
4.	Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг	См. ниже
5.	Требования к безопасности оказываемых услуг (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому риску жизнь, здоровье и имущество потребителя - со ссылкой на регламентирующий документ)	
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)	Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Перечень услуг для
осуществления ремонта медицинского оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуги	Срок выполнения
	Баклаборатория:		4 квартал 2009 года
1.	Холодильники – 6 шт.	Замена контрольных термометров - 6шт.	
	КДЛ:		
2.	Анализатор биохимический Humalyzer2000	Ремонт с заменой платы процессора и блока печати	
3.	Система вентиляции	1Установка шкафа вытяжного с монтажом воздухоотвода в вентиляцию.	
4.	Анализатор «Easy Lyte Calcium»	1. Замена электрода К+ - 1шт. 2. Замена электрода NA+ - 1шт. 3. Замена электрода референсного - 1шт. 4.Замена электрода РН - 1шт.	
5.	Гематологический анализатор «Advia 60»	1. Замена перистальтических трубок 2. Замена уплотнительных колец шприцов микродозирования	
6.	Биохимический анализатор «Clima15MC»	1. Замена лампы фотометрии 2. Диагностика светофильтров	
7.	Микроскоп «Микрос» - 2шт.	Замена ламп осветителя - 2шт.	
8.	Холодильник	Замена термометра – 10 шт	
9.	Центрифуга ОПН-3	Замена ротора - 1шт.	
	ВИЧ-лаборатория:		
10.	Центрифуга ОПН-3	Замена ротора - 1 шт.	
11.	Отсасыватель медицинский ОМ-1	1. Замена крышек и емкостей сбора экстрата. 2. Замена пневмолиний - 1,5 метра.	
12.	Сухожаровой шкаф ШСС-80	1. Замена ТЭН - 5 шт. 2. Ремонт электрических цепей с заменой проводки. 3. Замена контактного термометра управления -1шт. 4. Замена ламп, режимов работы, на блоке управления - 2шт.	
	Инфекционное отделение		
13.	Сухожаровой шкаф ШСС-80	1. Замена ТЭН - 5 шт. 2. Ремонт блока управления с заменой аналоговых комплектующих. 3. Ремонт электрических цепей с заменой проводки.	

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуги	Срок выполнения
		4. Замена ламп, режимов работы, на блоке управления 5. Замена контактного термометра управления -1шт.	
	Физиотерапевтическое отделение		
14	Ультразвуковой ингалятор «Туман»	1. Ремонт блока управления с заменой комплектующих. 2. Ремонт платы процессора с заменой микросхем и транзисторов. 3. Ремонт механических подвижных узлов с заменой тяг, рычагов, запорных узлов. 4. Переустановка программы 1 шт.	
15	Стол массажный «Ормед»	1. Ремонт блока питания с заменой транзисторов и диодов 2. Ремонт платы преобразователя с заменой транзисторов, сопротивлений, микросхем. 3. Ремонт выносного блока с заменой пьезоэлемента.	
	ОА и Р		
16.	Бактерицидные лампы - 10 шт.	1. Замена дросселей - 8 шт. 2. Замена стартеров - 15 шт.	
17.	Аппарат «Полинаркон»	1. Замена уплотнений 2. Ремонт клапана регулировки подаваемого газа с заменой мембраны. 3. Замена прижимных крепежей газораспределительной системы.	
	ЦАД		
18.	Аппараты искусственной почка «Fresenius» 4008S (5штук)	1. Замена картриджа сменного входного -5 шт. 2. Замена уплотнительных прокладок -5 наборов. 3. Замена электромагнитного клапана с одним адаптером - 5 шт. 4. Замена щеток электрических для двигателя помпы дегазации 4008 - 10 шт. 5. Замена пружин для помпы бикарбоната - 5 наборов 6. Замена пружин помпы УФ - 5 наборов 7. Замена мембран балансировочной камеры 2008/4008 -2 шт. 8. Замена заборников дезифектанта - 5 шт. 9. Замена резиновых колец BIBAG - 5 наборов. 10. Замена кабеля подсоединения блока питания и материнской платы с разъемами -5 шт. 11. Замена пружин помпы концентрата 5 наборов. 12. Замена BATTERY RAM M48Z08 4008/PD-NIGHT GV IC-RAM BATT-микросхема – 5 шт. 13. Установка SETUP MENU, калибровка аппаратов - 5шт.	4 квартал 2009 года
	ЦСО		
19.	Дистиллятор ДЭ-25	1. Замена ТЭН-6 шт 2. Замена перемычек ТЭН- 6 шт. 3. Замена прокладок ТЭН-12 шт. 4. Замена гаек -12 шт. 5. Замена шлангов подачи воды -3 метра.	
20.	Дистиллятор ДЭ-10	1. Замена ТЭН - 3шт 2. Замена прокладок ТЭН - 6шт. 3. Замена гаек - 6шт 4. Замена шлангов подачи воды - 3 метра.	4 квартал 2009 года
21.	Шкаф сухожаровой ГП-40	1. Замена крыльчатки блока циркуляции воздуха 1 шт. 2. Ремонт блока электроники 3. Замена ТЭН-2шт.	
22.	Шкаф сухожаровой ШСС-250	1. Замена ремня привода блока циркуляции воздуха -1 шт. 2. Замена ТЭН- 4 шт. 3. Замена ламп индикации режимов работы - 5шт.	

Перечень услуг
для осуществления технического обслуживания медицинского оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуги	Сроки выполнения
	КДЛ:	- плановый контроль технического состояния медицинского оборудования	не реже 2-х раз в месяц
1.	Анализатор биохимический Humalyzer2000		
2.	Анализатор «Easy Lyte Calcium»		
3.	Гематологический анализатор «Advia 60»		
4.	Биохимический анализатор «Clima15MC»		
5.	Микроскоп «Микрос» -2шт.		
6.	Центрифуга ОПН-3		
	ВИЧ-лаборатория:		
7.	Центрифуга ОПН-3		
8.	Отсасыватель медицинский ОМ-1	- планово-предупредительный ремонт медицинского оборудования	1 раз в месяц
9.	Сухожаровой шкаф ШСС-80		
	Инфекционное отделение		
10.	Сухожаровой шкаф ШСС-80		
	Физиотерапевтическое отделение		
11.	Ванна подводного гидромассажа		
12.	Ультразвуковой ингалятор «Туман»		
13.	Стол массажный «Ормед»		
	ОА и Р		
14.	Бактерицидные лампы - 10 шт.	- устранение внезапно возникших неисправностей медицинского оборудования	по мере возникновения
15.	Аппарат «Полинаркон»		
	ЦАД		
16.	Аппараты искусственной почка «Fresenius» 4008S (5штук)		
	ЦСО		
17.	Дистиллятор ДЭ-25		
18.	Дистиллятор ДЭ-10		
19.	Шкаф сухожаровой ГП-40		
20.	Шкаф сухожаровой ШСС-250		

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Владимир « ____» _____2009 г.

МУЗ «Городская больница № 6», именуемое в дальнейшем Заказчик, действующее на основании Устава, в лице главного врача Крыловой Марины Анатольевны, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд г. Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме. Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить **текущий ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования в 4 квартале 2009 года в МУЗ «Городская больница №6»** на основании настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____**,** и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг.

2.3 Платежи за техническое обслуживание будут осуществляться ежемесячно в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на р/счет Исполнителя до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Условием платежей является представление Исполнителем Заказчику:

а) акта приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в котором Заказчик указывает объем оказанных услуг и качество их выполнения;

б) счета и счета-фактуры.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Сроки по настоящему Контракту определяются в соответствии с перечнями услуг для осуществления ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования (приложение 1, 2).

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом услуги осуществляются в полном соответствии действующих нормативно – технической и нормативно – правовой баз.

4.2. Заказчик обязан с участием Исполнителя провести приемку оказанных услуг в течении 5 рабочих дней и подписать акт сдачи – приемки, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.

4.3. Исполнитель предоставляет гарантию качества оказанных услуг в течении 6 (шести) месяцев.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Исполнителя

5.1. В процессе ремонтных работ и технического обслуживания медицинского оборудования Исполнитель обеспечивает:

а) проверку технического состояния оборудования (визуальный осмотр, проверка электрических цепей, защитного заземления, устранение мелких неисправностей);

б) проведение регламентных работ, предусмотренных инструкциями по эксплуатации, по каждой единице оборудования;

в) текущий ремонт техники, с заменой, при необходимости основных узлов и систем изделий;

г) регулировка оборудования;

д) планово-предупредительный ремонт по графику, согласованному с Заказчиком.

5.2. Исполнитель обязан:

а) своевременно и качественно выполнять операции и мероприятия, предусмотренные методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» и эксплуатационной документацией на оборудование.

б) обеспечить работы по техническому обслуживанию медицинской техники квалифицированным персоналом, экипированным спецодеждой, необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, расходными материалами и запчастями.

в) обеспечить периодичность проведения технического обслуживания медицинской техники в соответствии с требованиями технической документации на соответствующее оборудование, но не реже двух раз в месяц.

г) направлять своего представителя для устранения возникших неисправностей и проведения ремонта медицинского оборудования в случае выхода его из строя в течение 2-х дней с момента получения заявки от Заказчика.

д) восстанавливать эксплуатационную готовность вышедшего из строя оборудования в течение 10 дней с момента получения заявки от Заказчика;

е) осуществлять планово-предупредительный ремонт медицинской техники в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком;

ж) проводить один раз в квартал проверку соответствия основных технических характеристик медицинского оборудования данным эксплуатационной документации. Такую проверку проводить также после текущего ремонта, если этот ремонт производился на функциональных узлах и блоках медицинского оборудования и мог повлиять на его выходные параметры.

з) снабдить ответственных лиц инструкциями по технике безопасности, а электромехаников - производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ.

и) проводить инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники.

к) назначить ответственное лицо по выполнению контрактных обязательств и за ведение журналов технического обслуживания медицинской техники.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Предоставить специалистам Исполнителя производственные помещения для оборудования рабочих мест по обслуживанию и ремонту медицинской техники, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей и расходных материалов. Обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания медицинской техники.

5.3.2. Обеспечить правильную эксплуатацию и использование медицинской техники, принятой Исполнителем на техническое обслуживание, и не допускать к работе на этой технике лиц, не прошедших специальную подготовку и инструктаж.

5.3.3. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности при работе своего персонала с медицинской техникой.

5.3.4. Обеспечить сохранность в отделениях, кабинетах и лаборатории журналов медицинской техники и ежемесячно проверять соответствие внесенной в них техники перечню медицинской техники, обслуживаемой по муниципальному контракту.

5.3.5. Назначить ответственное лицо для связи с Исполнителем и оформления документации.

5.3.6. Производить приемку выполненных работ с оценкой их объема и качества и оплату выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию медицинской техники, за соблюдение правил техники безопасности при проведении этих работ.

6.2. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность переданного ему имущества Заказчика, за ущерб, причиненный в результате действий, связанных с нарушением правил проведения работ по техническому обслуживанию - в размере нанесенного ущерба.

6.3. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств по муниципальному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. НЕУСТОЙКА (ШТРАФЫ, ПЕНИ)

7.1. За нарушения установленного по Контракту конечного срока оказанния услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

За каждый случай некачественного оказания услуг, отраженного в акте, указанном в п.п. «а» п.2.3. настоящего муниципального контракта Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно оказания услуг.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по платежам, предусмотренных муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки платежа в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель гарантирует:

а) надлежащее качество средств измерения, испытательного оборудования, запасных частей и расходных материалов, применяемых при проведении технического обслуживания медицинской техники, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием;

в) бесперебойное функционирование медицинской техники при ее эксплуатации.

г) устранение все недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего муниципального контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по

настоящему муниципальному контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по муниципальному контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения муниципальному контракту, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Если, по мнению сторон, исполнение муниципального контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему муниципальному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТРЖЕНИЯ

10.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2.1. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон Заказчик направляет Исполнителю уведомление о приглашении рассмотреть вопрос о расторжении контракта, на которое последний обязан ответить в течение 10-ти дневного срока, по истечении которого, при не достижении соглашения, Заказчик обращается в суд.

10.3. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

11.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:_____
_____
_____

Заказчик:

МУЗ «Городская больница № 6», 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский городок, дом 18, тел/факс (4922) 26-06-00

ИНН 3327102535, КПП 332701001

БИК 041708001

лицевой счет № 03055001921

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 5 листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Перечень услуг для осуществления ремонта медицинского оборудования.
3. Перечень услуг для осуществления технического обслуживания медицинского оборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
МУЗ «Городская больница № 6»

_____/_____ _____/М.А. Крылова/

М.П. М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
№ _____от "___" _____2009 г.

Перечень услуг
для осуществления ремонта медицинского оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуги	Срок выполнения
	Баклаборатория:		4 квартал 2009 года
1.	Холодильники – 6 шт.	Замена контрольных термометров - 6шт.	
	КДЛ:		
2.	Анализатор биохимический Humalyzer2000	Ремонт с заменой платы процессора и блока печати	
3.	Система вентиляции	1Установка шкафа вытяжного с монтажом воздухоотвода в вентиляцию.	
4.	Анализатор «Easy Lyte Calcium»	1. Замена электрода К+ - 1шт. 2. Замена электрода NA+ - 1шт. 3. Замена электрода референсного - 1шт. 4.Замена электрода РН - 1шт.	
5.	Гематологический анализатор «Advia 60»	1. Замена перистальтических трубок 2. Замена уплотнительных колец шприцов микродозирования	
6.	Биохимический анализатор «Clima15MC»	1. Замена лампы фотометрии 2. Диагностика светофильтров	
7.	Микроскоп «Микрос» -2шт.	Замена ламп осветителя - 2шт.	
8.	Холодильник	Замена термометра – 10 шт	
9.	Центрифуга ОПН-3	Замена ротора - 1шт.	
	ВИЧ-лаборатория:		

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуги	Срок выполнения
10.	Центрифуга ОПН-3	Замена ротора - 1 шт.	
11.	Отсасыватель медицинский ОМ-1	1. Замена крышек и емкостей сбора экстрата. 2. Замена пневмолиний - 1,5 метра.	
12.	Сухожаровой шкаф ШСС-80	1. Замена ТЭН - 5 шт. 2. Ремонт электрических цепей с заменой проводки. 3. Замена контактного термометра управления -1шт. 4. Замена ламп, режимов работы, на блоке управления - 2шт.	
	Инфекционное отделение		
13.	Сухожаровой шкаф ШСС-80	1. Замена ТЭН - 5 шт. 2. Ремонт блока управления с заменой аналоговых комплектующих. 3. Ремонт электрических цепей с заменой проводки. 4. Замена ламп, режимов работы, на блоке управления 5. Замена контактного термометра управления -1шт.	
	Физиотерапевтическое отделение		
14	Ультразвуковой ингалятор «Туман»	1. Ремонт блока управления с заменой комплектующих. 2. Ремонт платы процессора с заменой микросхем и транзисторов. 3. Ремонт механических подвижных узлов с заменой тяг, рычагов, запорных узлов. 4. Переустановка программы 1 шт.	4 квартал 2009 года
15	Стол массажный «Ормед»	1. Ремонт блока питания с заменой транзисторов и диодов 2. Ремонт платы преобразователя с заменой транзисторов, сопротивлений, микросхем. 3. Ремонт выносного блока с заменой пьезоэлемента.	
	ОА и Р		
16.	Бактерицидные лампы - 10 шт.	1. Замена дросселей - 8 шт. 2. Замена стартеров - 15 шт.	
17.	Аппарат «Полинаркон»	1. Замена уплотнений 2. Ремонт клапана регулировки подаваемого газа с заменой мембраны. 3. Замена прижимных крепежей газораспределительной системы.	
	ЦАД		
18.	Аппараты искусственной почка «Fresenius» 4008S (5штук)	1. Замена картриджа сменного входного -5 шт. 2. Замена уплотнительных прокладок -5 наборов. 3. Замена электромагнитного клапана с одним адаптером - 5 шт. 4. Замена щеток электрических для двигателя помпы дегазации 4008 - 10 шт. 5. Замена пружин для помпы бикарбоната - 5 наборов 6. Замена пружин помпы УФ - 5 наборов 7. Замена мембран балансировочной камеры 2008/4008 -2 шт. 8. Замена заборников дезифектанта - 5 шт. 9. Замена резиновых колец BIBAG - 5 наборов. 10. Замена кабеля подсоединения блока питания и материнской платы с разъемами -5 шт. 11. Замена пружин помпы концентрата 5 наборов. 12. Замена BATTERY RAM M48Z08 4008/PD-NIGHT GV IC-RAM BATT-микросхема – 5 шт. 13. Установка SETUP MENU, калибровка аппаратов - 5шт.	4 квартал 2009 года
	ЦСО		
19.	Дистиллятор ДЭ-25	1. Замена ТЭН-6 шт 2. Замена перемычек ТЭН- 6 шт. 3. Замена прокладок ТЭН-12 шт. 4. Замена гаек -12 шт.	

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуги	Срок выполнения
		5. Замена шлангов подачи воды -3 метра.	
20.	Дистиллятор ДЭ-10	1. Замена ТЭН - 3шт 2. Замена прокладок ТЭН - 6шт. 3. Замена гаек - 6шт 4. Замена шлангов подачи воды - 3 метра.	4 квартал 2009 года
21.	Шкаф сухожаровой ГП-40	1. Замена крыльчатки блока циркуляции воздуха 1 шт. 2. Ремонт блока электроники 3. Замена ТЭН-2шт.	
22.	Шкаф сухожаровой ШСС-250	1. Замена ремня привода блока циркуляции воздуха -1 шт. 2. Замена ТЭН- 4 шт. 3. Замена ламп индикации режимов работы - 5шт.	

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____

_____
«___» _____ 2009 г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК
МУЗ «Городская больница № 6»

_____ М.А. Крылова
«___» _____2009 г.

М.П.

Приложение 2
к муниципальному контракту
№ _____от "___" _____2009 г.

Перечень услуг
для осуществления технического обслуживания медицинского оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование услуг	Сроки выполнения
	КДЛ:	- плановый контроль технического состояния медицинского оборудования	не реже 2-х раз в месяц
1.	Анализатор биохимический Humalyzer2000		
2.	Анализатор «Easy Lyte Calcium»		
3.	Гематологический анализатор «Advia 60»		
4.	Биохимический анализатор «Clima15MC»		
5.	Микроскоп «Микрос» -2шт.		
6.	Центрифуга ОПН-3		
	ВИЧ-лаборатория:		
7.	Центрифуга ОПН-3		
8.	Отсасыватель медицинский ОМ-1	- планово-предупредительный ремонт медицинского оборудования	1 раз в месяц
9.	Сухожаровой шкаф ШСС-80		
	Инфекционное отделение		
10.	Сухожаровой шкаф ШСС-80		
	Физиотерапевтическое отделение		
11.	Ванна подводного гидромассажа		
12.	Ультразвуковой ингалятор «Туман»		
13.	Стол массажный «Ормед»		
	ОА и Р		

14.	Бактерицидные лампы - 10 шт.	- устранение внезапно возникших неисправностей медицинского оборудования	по мере возникновения
15.	Аппарат «Полинаркон»		
	ЦАД		
16.	Аппараты искусственной почка «Fresenius» 4008S (5штук)		
	ЦСО		
17.	Дистиллятор ДЭ-25		
18.	Дистиллятор ДЭ-10		
19.	Шкаф сухожаровой ГП-40		
20.	Шкаф сухожаровой ШСС-250		

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____

_____
«___» _____ 2009 г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК
МУЗ «Городская больница № 6»

_____ М.А. Крылова
«___» _____2009 г.

М.П.