

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-191

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
 Дата и время начала проведения аукциона: **13 мая 2009 г. в 9:00** по московскому времени
 Дата и время окончания проведения аукциона: **13 мая 2009 г. в 10:28** по московскому времени
 Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ "Городская больница № 6".

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».

Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.

Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 30 апреля 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка стола операционного универсального для общей хирургии, с комплектом принадлежностей для ортопедии и травматологии для нужд МУЗ "Городская больница № 6".

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 990 000 руб.

Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Городская больница № 6", г. Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский гор., д. 18.

В соответствии с приложением.

До 29 июня 2009 года.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.

3-4 квартал 2009 года.

По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.

100%

Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.

Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: в соответствии с приложением. При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, для ознакомления заказчика по его требованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование товара	код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ед. изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к технической характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Стол операционный универсальный для общей хирургии, с комплектом принадлежностей для ортопедии и травматологии	9452 101	Шт.	1	При поставке наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.), наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.)	(в соответствии с технической характеристикой)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2008 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стол операционный универсальный для общей хирургии, с комплектом принадлежностей для ортопедии и травматологии.

Параметры клиничко-технического задания		Соответствие требованиям
--	--	---------------------------------

		тех. задания
1.	Стол операционный универсальный для общей хирургии, с комплектом принадлежностей для ортопедии и травматологии.	
2.	Операционный стол должен быть пятисекционным (секция ног разделенная), легкоманевренным и надежно фиксироваться в выбранном положении центральным тормозом.	Наличие
3.	Основание стола должно быть Т-образной формы, установленным на трех роликах, один из которых должен быть поворотным для обеспечения высокой маневренности. Ролики стола должны иметь центральную блокировку (на три положения) с возможностью раздельного блокирования качения и вращения. Основание стола не должно выступать за габариты ложа стола.	Наличие
4.	Стол должен иметь длину рабочей части не более 2025мм, ширину рабочей части не более 500мм, общую ширину (с боковыми направляющими шинами) не более 550мм. Матрацы всех секций (включая секции ног и головы) должны быть легкоъемными, выполненными из антистатического формованного полиуретана (бесшовные). Опорные пластины ложа должны иметь посадочные отверстия для надежной фиксации съемных матрацев. Все наружные металлические части стола должны быть выполнены из кислотоустойчивой матовой (антибликовой) нержавеющей стали. Основание стола должно иметь клемму для крепления кабеля выравнивания потенциалов.	Наличие
5.	Стол должен иметь гидравлическую регулировку высоты посредством ножной педали в пределах от 750мм до 1000мм, бесступенчатую пневматическую регулировку продольных наклонов ложа: - Тренделенбург не менее 300; - анти Тренделенбург не менее 250 бесступенчатую механическую регулировку латеральных (боковых) наклонов не менее + 250	Наличие
6.	Секции стола должны иметь бесступенчатую пневматическую регулировку секций ложа в пределах: - секции спины от -400 до +700; - секции головы от -200 до +500; - секции ног от -900 до +150; бесступенчатую механическую регулировку: - излома секции спины с образованием "моста" для нейрохирургических операций на позвоночнике и торакальных операций высотой не менее 140мм; - угла разведения секций ног до 190	наличие
7.	Конструкция стола должна обеспечивать: полную рентгенопрозрачность всех его элементов (за исключением зоны колонны стола) и возможность размещения рентгеновской техники для рентгеноскопии и рентгенографии во всех положениях пациента. возможность операций в положении пациента "сидя". возможность установки угла излома ложа между секциями спины и таза не менее 650.	наличие
8.	Все секции стола (включая легкоъемные секции головы и ног) должны иметь боковые направляющие шины из нержавеющей стали для крепления принадлежностей.	Наличие
9.	В состав стола должны входить принадлежности: Навесная ортопедическая приставка включая - держатель бедра - опора для гипсования; - опора напольная с роликом; - петля для стопы; Все металлические части принадлежностей должны быть выполнены из кислотоустойчивой матовой (антибликовой) нержавеющей стали и включать в себя элемент крепления к боковым направляющим шинам.	Наличие

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	Общество с ограниченной ответственностью "ПозитивАльянс " 127051, Москва, Лихов переулок, д. 3, стр. 2, оф. 17
2	Закрытое Акционерное Общество "НПВЛ ЛИАНА" 600000, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, 57.
3	Закрытое Акционерное Общество "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" 111399, Москва, Москва Федеративный проспект д. 17 к.7
4	Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-Трейдиг" 143960, Московская область, г.Реутов, ул.Фабричная, д.7

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Закрытое Акционерное Общество "НПВЛ ЛИАНА"** (победитель аукциона) и составило **989 999** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области»

_____ Соловьев Ю.А.