ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-508

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 10:00** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ "Городская больница № 6" города Владимира.
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: Бюджет города Владимира, внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 17 ноября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка реактивов для нужд МУЗ "Городская больница № 6".
Количество: см.приложение.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 809 453.43 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Городская больница № 6", г.Владимир, мкр. Юрьевец, Институтский гор., д. 18.
в соответствии с приложением.
4 квартал 2009 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
В течении 30 календарных дней по факту поставки.
По товарно-транспортным накладным и счетам - фактурам без предоплаты.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с сертификатами качества.
100%
Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: При поставке на каждую партию товара представление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999 г.). Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Поставка реактивов для нужд МУЗ «Городская больница № 6»
2.	Количество товара (шт., кг., литры, и т.д.)	См.ниже
3.	Требования к качеству товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	*При поставке на каждую партию товара:* Представление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999 г.)
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	См.ниже
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем – со ссылкой на регламентирующий документ.)	Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 80 %.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	ГОСТ в соответствии с наименованием продукции.
7.	Требование к размерам и упаковке товара	В соответствии с действующим законодательством, требованиями установленными к упаковке.
8.	Требования к отгрузки товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада получателя. Разгрузка силами и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Поставка реактивов для нужд МУЗ «Городская больница № 6» г. Владимира

№ п/п	Код ОКП	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Ед.а измерения	Кол-во	Особые условия
1.	938842	Диагностикум сальмонеллезный О-комплексный набор №1 микрометод			наб.	9	*При поставке на каждую партию товара:* представление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999 г.) *При заключении муниципального контракта:* Предоставление копии регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР РФ № 735 от 30.10.2006 г.)
2.	938841	Диагностикум шигелезный Зонне			наб.	9	
3.	938841	Диагностикум Флекснера			уп.	9	
4.	938841	Сыворотка КРС			л	2,4	
5.	938841	Агар питательный сухой			кг	4,6	
6.	938841	Бульон Хоттингера			л	0,4	
7.	938841	Агар Эндо			кг	3,4	
8.	938841	Висмут-сульфит агар			кг	6	
9.	938841	Иммуноглобулины агглют. диагност. ОК эшерих. О-151			мл	40	
10.	938841	Сыворотка сальмонелезная н-рецепторная 1,2			мл	20	
11.	938841	Сыворотка сальмонелезная "н" рецепторная lv			мл	20	
12.	938841	Диски с фузидином			фл.	8	
13.	938841	Глюкоза кристаллическая			кг	3	
14.	938841	Натрий хлористый чда			кг	2	
15.	938841	Среда Плоскирева			кг	2,0	
16.	938841	АГВ среда для определения чувствит. микроорганизмов к антибиотикам			кг	2	
17.	938841	Среда Блаурокка			л	1,2	
18.	938841	Плазма кроличья сухая (1 кор. 10 амп. по 1 мл)			уп.	2	
19.	938842	Сыворотка сальмонелезная АВСДЕ			мл	70	
20.	938882	Сыворотка шигеллезная поливалентная I-VI			мл	50	
21.	938841	Стакан лаб. выс. с дел. ТС 100мл			шт.	2	
22.	938841	Стакан лаб. выс. с дел. 600мл			шт.	1	
23.	938841	Диски с линкомицином (линкоцин)			уп.	1	
24.	938841	Среда Ресселя			кг	0,7	
25.	938842	0151 КомбиБест ВИЧ 1,2 АГ/АТ	ВекторБест	«Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 192 (планшеты монолит). Чувствительность р24 (ВИЧ-1) 25пг/мл по ОСО. Объем исследуемого образца 70 мкл. Выявляе суммарных антител и антиген р24. Время реакции 2 часа. Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ не менее 3-х часов. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Срок годности набора 12 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.	наб.	3	
26.	938841	0562 ВектоHBsAg-антитела-стрип 12*8 анал.	ВекторБест	«Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 200 мМЕ/мл. Количество калибраторов 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 100 мкл. Интервал линейности 10-200 мМЕ/мл. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.	наб.	3	
27.	938841	0576 ВектоHBe-антиген-стрип 12*8 анал.	ВекторБест	«Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 55 мин в термошейкере. Количество промывок 2х5. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.	наб.	1	
28.	938841	0771 БЕСТ анти-ВГС комплект 1	ВекторБест	ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток	наб.	21	
29.	938841	0774 БЕСТ анти-ВГС - СПЕКТР	ВекторБест	ИФА, метод двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 24 (6х4). Объем сыворотки или плазмы крови 160 мкл (4х40 мкл). Расположение антигенов Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС. Время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток	наб.	11	
30.	938841	1252* Вектоген G-IgG 12*8 анализ.	ВекторБест	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес.. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.	наб.	1	
31.	938841	0583 Вектоген B-HBs-антиген (комплектация 2)	ВекторБест	«Сэндвич»-вариант ИФА, Двухстадийный. Количество определений 192, формат планшета монолит. Чувствительность 0,05 МЕ/мл по ОСО.Не требующий предварительной промывки планшет. Объем исследуемого образца 100 мкл , возможность использования шейкера. Объемное равенство контролей и образцов. Время реакции 2 часа 25 мин. Жидкий слабоположительный контроль.Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.	наб.	30	
32.	938841	1552 ВектоЦМВ-IgM	ВекторБест	Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной	наб.	1	

№ п/п	Код ОКП	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Ед.а измерения	Кол-во	Особые условия
				промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.			
33.	938841	0352 Вектоген А-IgM-стрип	ВекторБест		наб	1	
34.	938841	02.11 ИФА-ВГС-подтверждающий тест Комплект №2	ЭКОлаб		наб	13	
35.	938841	02.04 ИФА-HBsAg Комплект №1А	ЭКОлаб		наб	20	
36.	938841	В-231 ИФА-HBsAg-потверждающий тест			наб	1	
37.	938842	Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ ½-Фактор №100	ФАКТОР-МЕД		наб	2	
38.	938882	Тест на сифилис ИХА-анти-ТП-Фактор №100	ФАКТОР-МЕД		наб	1	
39.	938841	Тест на гепатит-В ИХА-HBsAg-Фактор №100	ФАКТОР-МЕД		наб	1	
40.	938841	Тест на гепатитС ИХА-анти-ВГС-Фактор №100	ФАКТОР-МЕД		наб	1	
41.	938841	К3-4-100 Реверта L вариант-100	ИнтерЛабСервис		наб	2	
42.	938841	АмплиСенс V1-200 HCV-Eph	ИнтерЛабСервис		наб	1	
43.	938841	К2-1-100 РИБО-сорб	ИнтерЛабСервис		наб	1	
44.	938841	К1-2-100 ДНК-сорб В	ИнтерЛабСервис		наб	1	
45.	938841	V2-100-R0,5 АмплиСенс HGV-Eph	ИнтерЛабСервис		наб	1	
46.	938841	R7-TBE-1 Трис-боратный буфер (ТБЕ) конц. С бромидом этидия 100мл	ИнтерЛабСервис		фл	3	
47.	938895	ПКО Trichomonas vagin.	ИнтерЛабСервис		фл	1	
48.	938895	ВКО комплексный для у/г инф.	ИнтерЛабСервис		фл	1	
49.	938841	ВКО для ПЦР на ВГС			фл	1	
50.	938845	МСТ-150-С Микроцентрифужные пробирки градуированные 1,5мл	Axygen США		уп	1	
51.	938845	МСТ-060-В Микроцентрифужные пробирки голубые 0,6мл	Axygen США		уп	1	
52.	938845	МСТ-060-G Микроцентрифужные пробирки зеленые 0,6мл	Axygen США		уп	1	
53.	938845	RA-7215 штатив для пробирок 1,5мл «рабочее место» на 72 лунки	Россия		шт.	1	
54.	938841	Наконечник 10-250мкл уп. 1000шт			уп	22	
55.	938895	Rida AllergyScreen Панель 2 (респираторная панель)	ЗАО «АНАЛИТИКА»		наб.	2	
56.	938895	Rida AllergyScreen Панель 4 (педиатрическая панель)	ЗАО «АНАЛИТИКА»			1	
57.	938895	Пищевая непереносимость (IgG)-Российская панель (BIOMERICA)	ЗАО «АНАЛИТИКА»			7	
58.	938895	ANA профиль 3 (аутоиммунные заб.) кат.№DL 1590-1601-3G	ЗАО «АНАЛИТИКА»			1	
59.	938841	02.09. ИФА-ВГС Комплект № 1	ЭКОлаб		наб.	15	
60.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА.		Фасовка 2х30 мл; 1х5 мл Состав набора Реагент, стандарт (17,9 мкмоль/л) Пробы сыворотка, плазма Метод С хромазуролом Б (CAB), с антилипидным фактором Линейность 89,5 мкмоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока годности	наб.	1	
61.	9398	РЕНАМПЛАСТИН W (ТКС).		Прозрачные стеклянный флаконы с закатанной зеленой пробкой, с готовой к употреблению леофильно высушенной смесью с CaCl2, аттестованной по МИЧ (1.1 - 1.2) Состав набора: 10фл х 80 опр.	наб.	2	
62.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ		Состав набора Реагент №1 – Буфер, pH 7,3 Фосфатный буфер Фенол Реагент №2 – Лиофилизат Холестеролэстераза Холестеролоксидаза POD Хромогены, активаторы, стабилизаторы Реагент №3 – Калибратор Холестерин Метод «по конечной точке» колориметрический Объём рабочего раствора 2х250 мл Температура инкубации 18-25°С (37°С) Время проведения анализа 5 мин Стабильность окраски Не менее 2 часов при предохранении от прямого солнечного света Линейность До 25,8 ммоль/л Температура хранения 2-4°С Срок хранения реагентов 12 мес Стабильность рабочего реагента 6 месяцев при температуре хранения 2-4°С	наб.	2	
63.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАТЕКС-АГГЛЮТИНАЦИИ		Состав набора: 100 опр Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).	наб.	3	
64.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРА.		Фасовка 2х100 мл; 1х5 мл Состав набора Реагент, стандарт (3,2 ммоль/л) Пробы сыворотка Метод Фотометрический тест с молибдатом, в УФ диапазоне Линейность 6,4 ммоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока годности	наб.	2	
65.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИЛИРУБИНА ПРЯМОЙ/ОБЩИЙ		Свойства: жидкий, стабильный. Метод: 2, 4-дихлоранилин, колориметрический, конечная точка λ= 546 нм. Фасовка: 600 мл (3×100 мл Р1+3×3 мл Р2+3×100 мл Р3+1×1 мл стандарт). Количество реагентов: 2. Калибратор входит в состав набора. Внутренние стабилизаторы.	наб.	6	
66.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ		Свойства: Жидкий, стабильный. Метод: Кинетический, УФ, IFCC, λ= 340 нм. Фасовка: 500 мл (5х80 мл + 1х 100 мл) Количество реагентов: 2. Внутренние стабилизаторы	наб.	3	
67.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ		Свойства: Жидкий, стабильный. Метод: Кинетический, УФ, IFCC, λ= 340 нм. Фасовка: 500 мл (5х80 мл + 1х 100 мл) Количество реагентов: 2. Внутренние стабилизаторы	наб.	3	

№ п/п	Код ОКП	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Ед.а измерения	Кол-во	Особые условия
68.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ Г-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ		Состав набора Реагент №1 – Буфер, pH 8,25 Трис/HCl Глицилглицин Реагент №2 – L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид L-Glupa-C Метод Метод кинетический колориметрический Объём рабочего раствора 1х50 мл Температура инкубации 37°С (30°С, 25°С) Время проведения анализа Не более 4 мин Линейность до активности 230 U/л Температура хранения 2-4°С Срок хранения реагентов 12 мес Стабильность рабочего реагента 20 дней при температуре хранения 2-4°С в темноте	наб.	5	
69.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕАТИНИНА		Фасовка1х100 мл; 1х100 мл; 1х25 мл Состав набора Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л) Пробы сыворотка, плазма, моча Метод Яффе кинетический или по конечной точке с депротеинизацией Линейность сыворотка/плазма-1150 мкмоль/л, моча-44200 мкмоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - 4 недели.	наб.	3	
70.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ А-АМИЛАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ		Состав набора: Реагент №1 – Буфер, pH 7,1 HEPES NaCl MgCl2 α-глюкозидаза Реагент №2 – Субстрат EPS Метод: Кинетический энзиматический Обьём рабочего раствора: 120 мл Температура инкубации: 37°С (30°С, 25°С) Время проведения анализа: 3 мин Стабильность рабочего реагента 10 дней при температуре хранения 2-4°С Линейность до 1320 U/л Температура Хранения 2-4°С Срок хранения реагентов 12 мес Набор позволяет приготовить любое необходимое для проведения анализа количество рабочего реагента.	наб.	3	
71.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ ФЕНАНРОЛИНОВЫМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ		Исследуемый материал: сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, суточная моча Состав набора: реагент 1 - 2х50 мл, реагент 2 - 2 фл с сухим лиофилизатом, реагент 3 - 1.5 мл Реагент №1 – буфер Фосфат, ммоль/л 150 3.5-дифлоро-2-фенолсульфонат, ммоль/л 2,5 Детергенты Реагент №2 – Лиофилизат Уриказа, U/л 300 Аскорбатоксидаза, U/л 250 Пероксидаза, U/л 250 4-аминоантипирин, ммоль/л 0,25 Реагент №3 – калибратор Мочевая кислота, мкмоль/л 357 Альбумин, г/л 50 Стабилизаторы Аналитические характеристики: Линейность: отклонение не более 5% Чувствительность: не более 40 мкмоль/л Коэффициент вариации: не более 5% Время проведения анализа: 5 мин	наб.	5	
72.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАТЕКС-АГГЛЮТИНАЦИИ		Состав набора: 100 опр Реагент 1. антиРФ-латекс суспензия (2 мл); Реагент 2. Разбавитель (10 мл); Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([РФ] > 8 МЕ/мл); Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([РФ] < 8 МЕ/мл); Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([РФ] ~ 8 МЕ/мл). В состав набора входит также тест-пластины (слайды).	наб.	2	
73.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ		Фасовка 9х15 мл; 1х3 мл Состав набора Реагент, стандарт (2,28 ммоль/л) Пробы сыворотка, плазма Метод Ферментативный колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором Линейность11,4 ммоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С 4 недели	наб.	2	
74.	9398	ПРОБИРКА «Юнивет» 200 мкл с Эдта Уп.100 шт			уп.	40	
75.	9398	ИЗОТОН		Совместимость с анализатором “Advia 60” 10 Л ИЧЕСКИЙ Р-Р	уп.	8	
76.	9398	ПРОМЫВАЮЩИЙ Р-Р		Совместимость с анализатором “Advia 60” 1 Л	уп.	4	
77.	9398	ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР		Совместимость с анализатором “Advia 60” 1 Л	уп.	4	
78.	9398	Контрольная кровь «Норма»		Жидкая форма Может использоваться как при ручном взятии пробы, так и на инструментах с автоматическим пирсингом крышек Стабильность закрытого реагента с момента производства 160 дней при температуре 2-8 С Стабильность вскрытого реагента 21 день при температуре 2-8 С Фракционирование белых клеток крови с нормальным и аномальным распределением Стабилизированные человеческие красные клетки крови Низкий, нормальный и высокий уровень тромбоцитов Одновременное истечение срока годности для всех уровней Определяемые показатели Среднее содержание гемоглобина в эритроците / Средняя концентрация гемоглобина в эритроците / Диапазон распределения эритроцитов Лимфоциты % лимфоцитов / Средний объем эритроцита / Тромбоциты Гематокрит / Средний объем тромбоцита / Лейкоциты Гемоглобин / Моноциты % моноцитов / Эритроциты Гранулоциты % гранулоцитов	фл.	2	
79.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ		Свойства: Жидкий, стабильный. Метод: Триндера, глюкозооксидазный. Конечная точка, λ= 500 нм Фасовка: 1000 мл (1×1000 мл+1×10 мл стандарт). Монореактив. Калибратор входит в состав набора. Внутренние стабилизаторы.	наб.	1	
80.	9398	ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-А		Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	200	
81.	9398	ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-В		Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	200	
82.		ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-DСУПЕР		Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл.	мл	200	
83.	9398	ТЕРМОБУМАГА		Совместимость с анализатором “Clima MC 15”	уп.	30	
84.	9398	ТЕРМОБУМАГА		Совместимость с анализатором “HUMALYZER 2000”	шт.	20	
85.	9398	АНТИГЕН КАРДИОЛИПИНОВЫЙ РМП		Набор для качественного определения сифилиса 10 амп.х2 мл	наб.	2	
86.	9398	НАБОР ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОМЫВКИ 1х90мл,6х0.35г]		совместимость с анализатором EASYLYTE Medica	наб.	1	
87.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ		Состав набора Реагент №1 – Монореагент Hg(SCN)2 Fe (NO3) HNO3 Реагент №2 – Калибратор хлорид-ионы	наб.	1	

№ п/п	Код ОКП	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика	Ед.а измерения	Кол-во	Особые условия
		ХЛОРИДОВ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ		Метод «по конечной точке» колориметрический Объём рабочего раствора 2х100 мл Температура инкубации 18-25°С Время проведения анализа 5 мин Стабильность окраски не менее 5 часов при предохранении от прямого солнечного света Линейность До 120 ммоль/л Температура хранения 18-25°С Срок хранения реагентов 12 мес			
88.	9398	СКАРИФИКАТОРЫ ОДНОРАЗ		Металлическая пластина с боковым копьем	шт	6000	
89.	9398	БИОСКАН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ		Тест - полоски 100 шт. в уп	наб.	20	
90.	9398	ИКТОФАН		Тест - полоски для определения билирубина и уробилиногена в моче из специальных волокнистых материалов с нанесенными на них индикаторами, помещенные в специальный пенал. 50 полосок в пенале	уп.	1	
91.	9398	ПРОБИРКА VACUETTE		3 мл с наполнителем ЭДТА-К3 УП.50 шт	уп.	6	
92.	9398	ПРОБИРКА VACUETTE		5 мл с актив. сгустка с гелем УП.50 шт	уп.	6	
93.	9398	ПЛАЗМА НОРМАЛЬНАЯ		Прозрачные стеклянный флаконы - 6 шт по 1 мл леофильно высушенной плазмой крови человека.	фл.	3	
94.	9398	НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО БЕЛКА		Фасовка 1х1000 мл; 1х3 мл Состав набора Реагент, стандарт (80 г/л) Пробы сыворотка, плазма Метод Биуретовый Линейность120 г/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока годности.	уп.	1	
95.	9398	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА		Свойства: жидкий, стабильный. Метод: рекомендованный IFCC/DGKC, УФ, кинетический λ= 405 (400–420) нм Фасовка: 500 мл (5х80 мл + 1х 100 мл) Биреактив	наб.	1	
96.	9398	ПРОБИРКА Тип "Эппендорф"		1.5 мл, бесцветная	шт	1000	
97.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛИПОПРОТЕИДОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ ПРЕЦИПИТАЦИИ		Состав набора Реагент №1 – осаждающий реагент Фосфорновольфрамовая кислота Магния хлорид Реагент №1 – Калибратор Холестерин Метод «по конечной точке» колориметрический Объём рабочего раствора 2х50 мл Температура инкубации 18-25°С (37°С) Время проведения анализа 25-30 мин Стабильность окраски не менее 2 часов при предохранении от прямого солнечного света Линейность до 5,0 ммоль/л Температура хранения 2-4°С Срок хранения реагентов 12 мес	наб.	1	
98.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКА В МОЧЕ И СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ		Метод: Конечная точка, колориметрический с бромкрезоловым зеленым Длина волны: 598 (578-620) нм Чувствительность: Не более 0.01 г/л Линейность: До 2 г/л Коэффициент вариации: Не более 5% Форма выпуска: Жидкий монореагент, готовый к использованию Калибратор: 0.2 г/л, 1х2 мл, 0.5 г/л 1х2 Фасовка в пересчете на рабочий реагент: 2х100 мл Срок годности набора: 24 месяца при температуре 2-8ºС Срок годности рабочего реагента: Годен в течении всего срока годности набора Типы исследуемого образца: Сыворотка, плазма Наличие ТУ: Есть Время исследования: 1 минута, независимо от температуры Температура проведения реакции: 18-25; 37ºС	наб.	1	
99.	9398	Р-Р ПО РОМАНОВСКОМУ		Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором	л.	3	
100	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ		Принцип анализа: Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ Количество анализов (включая контроли): 96 анализов Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: Сыворотка, плазма Температура инкубации: 37°С Общее время инкубации: Не более 75 минут Хромогенный субстрат: Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм Метод ИФА анализа: количественный Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМЕд/л ТТГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. Контрольная сыворотка: Наличие Диапазон выявления концентраций: 0,2-20МЕ/л Чувствительность: 0,12 мМЕ/л Комплектация: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки: Не менее 80% Инструкция по использованию набора (язык): Русский Упаковка: Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.: Наличие Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680: Наличие	наб.	2	
101.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ		Принцип анализа: Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ Количество анализов (включая контроли): 96 анализов Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: Сыворотка, плазма Температура инкубации: 20-25°С Общее время инкубации: Не более 75 мин.	наб.	1	

№ п/п	Код ОКП	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Ед.а измерения	Кол-во	Особые условия
				Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению			
				Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм			
				Метод ИФА анализа	Количественный			
				Калибровочные пробы	5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л; Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.			
				Контрольная сыворотка	Наличие			
				Диапазон выявления концентраций	5-100 пмоль/л			
				Чувствительность	2 пмоль/л			
				Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.			
				Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%			
				Инструкция по использованию набора (язык)	Русский			
				Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.			
				Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие			
				Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие			
102.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ		Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб	1	
				Количество анализов (включая контроли)	96 анализов			
				Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок			
				Образец для анализа	Сыворотка, плазма			
				Температура инкубации	37°С			
				Общее время инкубации	Не более 75 минут			
				Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению			
				Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм			
				Метод ИФА анализа	Количественный			
				Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.			
				Контрольная сыворотка	Наличие			
				Диапазон выявления концентраций	10-200 Ед/мл			
				Чувствительность	5 Ед/мл			
				Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.			
				Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%			
				Инструкция по использованию набора (язык)	Русский			
				Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.			
				Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие			
				Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие			
103.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ		Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	Наб	1	
				Количество анализов (включая контроли)	96 анализов			
				Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок			
				Образец для анализа	Сыворотка, плазма			
				Температура инкубации	37°С			
				Общее время инкубации	Не более 75 минут			
				Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению			
				Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм			
				Метод ИФА анализа	Количественный			
				Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 1.5, 5, 10, 50, 30, нг/мл Об ПСА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.			
				Контрольная сыворотка	Наличие			
				Диапазон выявления концентраций	1,5-30 нг/мл			
				Чувствительность	0,3 нг/мл			
				Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.			
				Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%			
				Инструкция по использованию набора (язык)	Русский			
				Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.			
				Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие			
				Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие			
104.	9398	НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНА СА-125 В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ		Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	наб	1	
				Количество анализов (включая контроли)	96 анализов			
				Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок			

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Код ОКП</th><th>Торговое название</th><th>Производитель</th><th>Техническая характеристика</th><th>Ед.а измерения</th><th>Кол-во</th><th>Особые условия</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Образец для анализа</td><td>Сыворотка, плазма</td></tr>
<tr><td>Температура инкубации</td><td>37°С</td></tr>
<tr><td>Общее время инкубации</td><td>Не более 60 минут</td></tr>
<tr><td>Хромогенный субстрат</td><td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td></tr>
<tr><td>Регистрация ИФА реакции</td><td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td></tr>
<tr><td>Метод ИФА анализа</td><td>Количественный</td></tr>
<tr><td>Калибровочные пробы</td><td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 25,50, 100, 200, 400 Ед/мл СА-125. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td></tr>
<tr><td>Контрольная сыворотка</td><td>Наличие</td></tr>
<tr><td>Диапазон выявления концентраций</td><td>25-400 Ед/мл</td></tr>
<tr><td>Чувствительность</td><td>10 Ед/мл</td></tr>
<tr><td>Комплектация</td><td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.</td></tr>
<tr><td>Остаточный срок годности на момент поставки</td><td>Не менее 80%</td></tr>
<tr><td>Инструкция по использованию набора (язык)</td><td>Русский</td></tr>
<tr><td>Упаковка</td><td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td></tr>
<tr><td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td><td>Наличие</td></tr>
<tr><td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td><td>Наличие</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>105.</td><td>9398</td><td>Набор реагентов для иммунофсрментного выявления суммарных антител к антигену САСА HELICOBACTER PYLOR</td><td></td><td>Количество определений 96 (включая контроли)
Вариант иммуноферментной реакции «Сэндвич»-вариант ИФА
Стадийность (без учета ферментативной реакции) Двухстадийный
Возможность количественного определения выявляемого маркера (определение титра антител)
Типы исследуемого образца Сыворотка (плазма) крови
Объем исследуемого образца, мкл 20 мкл
Рабочее разведение исследуемого образца 1:5
Типы выявляемых антител (для тест-систем, предназначенных для выявления антител) Суммарные антитела
Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30 мин
Количество промывок 1 + 2х5
Пленка для заклеивания планшетов (2шт.)
Пакет для планшета, имеющего замок типа «зип-лок»
Срок годности набора 9 мес
Срок годности набора после первого вскрытия компонентов 1 мес
Условия транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 суток</td><td>наб</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>106.</td><td>9398</td><td>ГОРМОКОН НАБОР КОНТРОЛЕЙ ДЛЯ ИММУНОАНАЛИЗА</td><td></td><td>Перечень используемых производителей тест-систем и анализаторов
Хема-Медика (ИФА), Россия
Алкор-Био (ИФА), Россия
Вектор-Бест (ИФА), Россия
НВО Иммунотех (ИФА), Россия
Abbott Laboratories (Abbott Axsym), США
Bayer Diagnostics (Bayer Advia Centaur), США
Diagnostic Products Corporation (DPC Immulite 2000), США
Roche Diagnostics GmbH (Roche Elecsys 2010), Германия
<table>
<tr><th>Описание</th><th>К-во</th><th>Ед-цы</th></tr>
<tr><td>Контроль N (средний уровень), по 2мл</td><td>2</td><td>шт</td></tr>
<tr><td>Контроль Н (высокий уровень), по 2 мл</td><td>2</td><td>шт</td></tr>
<tr><td>Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская</td><td>1</td><td>шт</td></tr>
<tr><td>Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон</td><td>1</td><td>шт</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th rowspan="2">Аналит</th><th rowspan="2">Единицы</th><th colspan="4">Контроль N</th><th colspan="3">Контроль Н</th></tr>
<tr><th>среднее</th><th colspan="3">диапазон</th><th>среднее</th><th colspan="2">диапазон</th></tr>
<tr><td>ТТГ</td><td>мМЕд/л</td><td>1,76</td><td>1,58</td><td>1,94</td><td>8,2</td><td>7,38</td><td>9,02</td></tr>
<tr><td>ЛГ</td><td>МЕд/л</td><td>9,9</td><td>8,91</td><td>10,89</td><td>26,3</td><td>23,67</td><td>28,93</td></tr>
<tr><td>ФСГ</td><td>МЕд/л</td><td>31,6</td><td>28,44</td><td>34,76</td><td>>50</td><td>>50</td><td>>50</td></tr>
<tr><td>ХГ</td><td>МЕд/л</td><td>2,5</td><td>2,25</td><td>2,75</td><td>32,5</td><td>29,25</td><td>35,75</td></tr>
<tr><td>Гормон роста</td><td>мМЕ/л</td><td>26</td><td>23,40</td><td>28,60</td><td>>50</td><td>>50</td><td>>50</td></tr>
<tr><td>Пролактин</td><td>мМЕ/л</td><td>163</td><td>146,70</td><td>179,30</td><td>1678</td><td>1510,20</td><td>1845,80</td></tr>
<tr><td>Т3</td><td>нмоль/л</td><td>3,3</td><td>2,97</td><td>3,63</td><td>10,02</td><td>9,02</td><td>11,02</td></tr>
<tr><td>св Т3</td><td>пмоль/л</td><td>7,5</td><td>6,75</td><td>8,25</td><td>23,9</td><td>21,51</td><td>26,29</td></tr>
<tr><td>Т4</td><td>нмоль/л</td><td>85</td><td>76,50</td><td>93,50</td><td>261</td><td>234,90</td><td>287,10</td></tr>
<tr><td>св Т4</td><td>пмоль/л</td><td>16,2</td><td>14,58</td><td>17,82</td><td>57,9</td><td>52,11</td><td>63,69</td></tr>
<tr><td>Прогестерон</td><td>нмоль/л</td><td>16,2</td><td>14,58</td><td>17,82</td><td>>100</td><td>>100</td><td>>100</td></tr>
<tr><td>Эстрадиол</td><td>нмоль/л</td><td>0,27</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>4,91</td><td>4,42</td><td>5,40</td></tr>
<tr><td>Тестостерон</td><td>нмоль/л</td><td>3,52</td><td>3,17</td><td>3,87</td><td>25,6</td><td>23,04</td><td>28,16</td></tr>
<tr><td>Кортизол</td><td>нмоль/л</td><td>299,3</td><td>269,37</td><td>329,23</td><td>982,4</td><td>884,16</td><td>1080,64</td></tr>
<tr><td>ДЭАС</td><td>мкг/мл</td><td>0,81</td><td>0,73</td><td>0,89</td><td>17,3</td><td>15,57</td><td>19,03</td></tr>
<tr><td>17-ОН-Прогестерон</td><td>нмоль/л</td><td>2,1</td><td>1,89</td><td>2,31</td><td>23,8</td><td>21,42</td><td>26,18</td></tr>
<tr><td>IgE</td><td>МЕд/мл</td><td>125,00</td><td>112,50</td><td>137,50</td><td>290,0</td><td>261,0</td><td>319,0</td></tr>
</table></td><td>Наб</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>107.</td><td>9398</td><td>НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Принцип анализа</td><td>Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ</td></tr>
<tr><td>Количество анализов (включая контроли)</td><td>96 анализов</td></tr>
<tr><td>Формат планшета</td><td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td></tr>
<tr><td>Образец для анализа</td><td>Сыворотка, плазма</td></tr>
<tr><td>Температура инкубации</td><td>20-25°С</td></tr>
<tr><td>Общее время инкубации</td><td>Не более 75 мин.</td></tr>
<tr><td>Хромогенный субстрат</td><td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td></tr>
<tr><td>Регистрация ИФА реакции</td><td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td></tr>
<tr><td>Метод ИФА анализа</td><td>количественный</td></tr>
<tr><td>Калибровочные пробы</td><td>5 калибровочных проб, содержащих 0,</td></tr>
</table>
</td><td>наб</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

№ п/п	Код ОКП	Торговое название	Производитель	Техническая характеристика		Ед.а измерения	Кол-во	Особые условия
					32, 64, 160, 320 нмоль/л Т4. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.			
				контрольная сыворотка	наличие			
				Диапазон выявления концентраций	32-320 нмоль/л			
				Чувствительность	13 нмоль/л			
				Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.			
				Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%			
				Инструкция по использованию набора (язык)	Русский			
				Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.			
				Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие			
				Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие			
108.	9398	ПАКЕТ С РАСТВОРАМИ NA/K/CA/PH 800 мл].		совместимость с анализатором EASYLYTE Medica		шт	1	
109.	9398	МОЧЕВИНА (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА).		Фасовка 1х1000 мл; 1х10 мл; 1х3 мл + 1х1000 мл Состав набора Реагент 1, реагент 2, ферментативный реагент (реагент 3), стандарт (13,3 ммоль/л) Пробы сыворотка, плазма, моча Метод Энзиматический колориметрический тест по конечной точке Линейность сыворотка/плазма - 66,6 ммоль/л, моча - 6600 ммоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С6 недель/ рабочий реагент - 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - 2 недели		шт	1	
110.	9398	Тест-полоски		Совместимость с мочевым анализатором «Clinitec Status» 100 шт в уп		уп	30	
111.	9398	Тест-полоски для мочи на определение кетонов				уп	1	

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**Общество с ограниченной ответственностью "Логия"** 600022, Владимирская область, Владимир, пр-т Ленина 44
2	**ООО "АльфаЛаб"** 600022, Владимирская область, г. Владимир

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО "АльфаЛаб"** (победитель аукциона) и составило ***809 450*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.