ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	3311220-Оборудование медицинское диагностическое
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.ниже
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с сертификатами качества.
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатами качества.
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с ГОСТ
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Выпуск не ранее 2009г. Потребительские свойства согласно приложению.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Товар поставляется в ненарушенной упаковке.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка товара, разгрузка, установка и отладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР № 735 от 30.10.2006)

№ п\п	Код по классификатору	Торговое наименование	МНН	Функциональные характеристики и комплектация	Ед. Изм.	Объем заказа	Цена за единицу (руб.)	Начальная цена контракта, руб	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
	Поставка монитора фетального для нужд МУЗ Родильный дом № 2 г.Владимира на II квартал 2009 г.								Поставка осуществляется в МУЗ Родильный дом № 2 г. Владимира, г. Владимир,ул.Офицерская 6, во 2 квартале 2009 года, Выпуск оборудования не ранее 2009г. Хранение и транспортировка согласно ГОСТу, установка, запуск и отладка, наличие сертификата качества на товар(Пост. Правительства РФ №1013 от 13.08.97),наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006).
1	3311220	Монитор фетальный для двуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care.	Монитор фетальный для двуплодной беременности	См.таблицу ниже	шт	1	380000,00	380 000,00	
Итого :			**380000,00**						

Технические и функциональные характеристики и комплектация на монитор фетальный для двуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care.

№	Наименование основных функциональных и технических параметров	Наличие функции и величины параметров по ТЗ
1	Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода/ плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах	Наличие
2	Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме.	Наличие
3	Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможнос-тью коррекции порогов тревог при отсутствии сигнала с датчиков, тахи или брадикардии и отсутствии движений плода	Наличие
4	Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков	Наличие
5	Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ исследования	Наличие
6	Архивирование данных КТГ в памяти монитора	Наличие
8	Ввод данных о пациентке и клинической аннотации	Наличие
9	Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода	Наличие
10	Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями	Наличие
11	Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния каждого плода, начиная с 24 недель беременности:	Наличие
	- базальной частоты;	Наличие
	- количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин;	Наличие
	- количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин;	Наличие
	- количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин;	Наличие
	- высоких эпизодов вариабельности (мин.);	Наличие
	- низких эпизодов вариабельности (мин.);	Наличие
	- вариабельности коротких отрезков (мс);	Наличие
	- количества шевелений плода за 1 час;	Наличие
	- количества маточных сокращений;	Наличие
	- потери сигнала с УЗ датчика (в %)	Наличие
12	Оценка функционального состояния плода/плодов с учетом срока беременности	Наличие
13	Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии каждого плода со второго триместра беременности.	Наличие
14	Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин.	Наличие
15	**Два ультразвуковых канала регистрации ЧСС :**	Наличие
	направленный импульсный допплер	Наличие
	УЗ датчики разной частоты	Диапазон 1.5-2.0 МГц
	межканальная верификация ЧСС плодов при двойне	***Наличие***
	диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин)	30-240
	регистрации ЧСС плода от удара к удару	Наличие
	эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более	1,8 мВт/см 2
	акустическая выходная мощность УЗ датчика	Соответствие требованиям IEC 1157 и FDA 510(k)
	точность расчета ЧСС плода (уд./мин)	+/-0.25
	Безопасность	Тип защиты CF
	Водоупорность	Тип IPX7
16	**Канал регистрации сократительной активности матки**	
	диапазон измерений ТОСО датчика (%) (100% эквивалентно 150 гр.)	0-100

	диапазон компенсации нагрузки на датчик (гр.)	+/- 100
	ручной режим установки нуля	Наличие
	автообнуление	Наличие
	безопасность	Тип защиты CF
	водоупорность	Тип IPX7
17	Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий	Наличие
18	Графический жидкокристаллический дисплей	Наличие
19	Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке	Наличие
20	Термопринтер:	Наличие
	скорость протяжки бумаги	1,2 и 3 см/мин
	режим ускоренной печати данных из архива	Наличие
	размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин	30-240
	печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат	Наличие
	печать реальной КТГ и протокола исследования.	Наличие
21	Письменное подтверждение от производителя качества, сроков поставки и обеспечения заводской гарантией предлагаемой к поставке медицинской техники	Наличие
22	Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия, заверенные производителем, официальным представителем или нотариально	Наличие
23	Санитарно-эпидемиологическое заключение, заверенное производителем, официальным представителем или нотариально	Наличие
24	Инструкция по эксплуатации на оригинальном языке (производителя)	Наличие
25	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
26	Паспорт на изделие завода-изготовителя	Наличие
27	Русифицированная версия прибора	Наличие

Комплектация:

1. Фетальный монитор с принтером – 1 шт.
2. Ультразвуковой датчик 1.5 МГц – 1 шт.
3. Ультразвуковой датчик 2.0 МГц – 1 шт.
4. ТОКО датчик – 1 шт.
5. Отметчик шевеления плода – 1 шт.
6. Ремни для крепления датчиков – 6 шт.
7. Пряжки к ремням – 3 шт.
8. Мембраны для ТОСО – датчика – 5 шт.
9. Гель – 1 фл.
10. Термобумага (z-образная/ 45м) - 1 пачка.
11. Сетевой провод – 1 шт.
12. Руководство пользователя на русском языке – 1 шт.
13. Паспорт на монитор – 1 шт.
14. Краткая схема работы на приборе – 1 шт.