УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника УЗАГВ,
председателя котировочной комиссии
_____ А.Е.Станчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении заказа на поставку аппарата для лечебного и донорского плазмафереза для МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» в 4 квартале 2008 года путем запроса котировок от 28.10.2008 года

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетные средства
3. Форма котировочной заявки:
Приложение №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
Аппарат для лечебного и донорского плазмафереза АМПлд-«ТТ» или эквивалент (код 33 1126 7). В количестве – 1 (одна) шт. Техническая характеристика (Приложение №2).
5. Место доставки поставляемых товаров:
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г.Владимир, ул.Добросельская, д.38А
6. Срок поставки товаров:
До 20 декабря 2008 года
7. Условия поставки и оплаты товаров:
Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами поставщика. Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании. Безналичный расчет по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Наличие оформленных актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных.
8. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:
В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.
9. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта определилась в результате изучения рынка необходимых товаров и составляет: **499 000 рублей**
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
ул. Большая Нижегородская, д.75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13) Срок подачи котировочных заявок **до 17 часов 00 мин. 07.11.2008 г.**
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через пять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой
мы,_____
_____
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)
_____
место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН
_____

готовы осуществить поставку оборудования в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№№ п/п	Наименование товара	Требуемое значение
		В соответствии с приложением к котировочной заявке

Место поставки товаров:
_____

Сроки поставки товаров:
_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) _____

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложения на _____листах.

1. Технические характеристики товаров (в обязательном порядке).
2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

Приложение № 2

Техническая характеристика
на аппарат для лечебного плазмафереза

№№	Технические характеристики	Параметры	
1.	Производительность работы по крови, не менее	100 мл/мин	
2.	Объем получаемой плазмы, не менее	1000 мл/час	
3.	Дозированная объемная подача антикоагулянта в соотношении антикоагулянта к цельной крови, не менее	От 1:10 до 1:12	
4.	Диапазон задания давления на выходе перфузионного насоса	От 100 до 250 мм рт.ст.	
5.	Диапазон измерения статистического давления на входе плазмофильтра	От 0 до 300 мм рт.ст.	
6.	Средний уарный объем выброса насоса, не менее	10 мл	
7.	Максимальная частота перемещения прижима насоса, не менее	10 ход/мин	
8.	Диапазон индикации времени экстракорпорального очищения крови	От 0 до 4 часов	
9.	Световая сигнализация	наличие	
10.	Звуковая сигнализация	наличие	
11.	Время непрерывной работы , не менее	8 часов	
12.	Производительность получения плазмы, не менее	800 мл в час	
13.	Соединение в экстракорпоральном контуре с мембранным плазмофильтром катетером и датчиком давления через соединение «Люер-Лок»	наличие	
14.	Диапазон индикации объема перекачиваемого перфузата	От 0 до 10 литров	
15.	Функциональные характеристики		
15.1	Функционирование аппарата в режиме «Программирование»	наличие	
15.2	Функционирование аппарата в режиме «прокачка»	наличие	
15.3	Функционирование аппарата в режиме «работа	наличие	
15.4	Функция установки заданного пользователем давления перфузата в магистрали перед плазмофильтром	наличие	
15.5.	Блокировка аппарата при срабатывании датчиков, контролирующих попадание воздуха в экстракорпоральный контур	наличие	
15.6	Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при пониженном уровне перфузата в ловушке ниже установленного ультразвукового датчика	наличие	
15.7	Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при попадании воздуха в магистраль на участке датчика воздуха емкостного типа	наличие	
15.8	Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее	наличие	

	при продолжительности забора крови более 100 секунд		
15.9	Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при времени возврата крови более 100 секунд	наличие	
15.10	Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при повышении давления в магистрали более 300 мм рт.ст.	наличие	
15.11	Функция остановки аппарата, выдача звукового сигнала и сообщения на дисплее при незакрытой защитной крышке насоса	наличие	
15.12	Функция установки программы аппарата и заданных значений параметров сеанса плазмафереза в исходное состояние	наличие	
15.13	Функция поочередного вывода на дисплей индуцируемых параметров	наличие	
15.14	Функция проведения лечебного плазмафереза	наличие	
15.15	Функция проведения донорского плазмафереза	наличие	
15.16	Функция проведения аутогемотерапии (малого, среднего и большого объемов)	наличие	
15.17	Функция заготовки аутоплазмы	наличие	
15.18	Функция проведения плазмафереза по одноигольной схеме подключения пациента в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения при температуре окружающего воздуха в диапазоне положительных значений от 15° до 30° С, атмосферном давлении 97,3 до 105, КПа (от 730 до 790 мм рт.ст.)	наличие	
15.19	Функция совместного использования с мембранным одноразовым плазмофильтром ПФМ-01-ТТ «Роса» (или эквивалент) и комплектом полимерных кровопроводящих магистралей КМАП-01-«Новопласт» (или эквивалент) в экстракорпоральном контуре для лечебного и донорского плазмафереза	наличие	
15.20	Функция проведения автоматического объемного дозирования антикоагулянта в объемах лечебного и донорского плазмафереза	наличие	
15.21	Функция подачи стабилизированной антикоагулянтом крови через мембранный плазмофильтр	наличие	
15.22	Функция разделения крови на плазму и форменные элементы	наличие	
15.23	Функция удаления плазмы в стерильную емкость	наличие	
15.24	Функция возврата форменных элементов крови в вену через катетер	наличие	
15.25	Функция индикации времени забора и возврата крови	наличие	
15.26	Функция защиты пациента от попадания в экстракорпоральный контур воздуха при		

	проведении плазмафереза, основанная на независимом методе контроля с использованием не менее 2-х датчиков, ультразвукового и емкостного, работающие на разных физических принципах	наличие	
15.27	Функция восполнения физраствором удаленной плазмы с помощью контроля ультразвуковым датчиком	наличие	
15.28	Функция защиты пациента при превышении предельного давления в контуре	наличие	
15.29	Функция индикации объема перекачиваемого перфузата в пределах от 0 до 9 литров	наличие	
15.30	Функция индикации времени экстракорпорального очищения крови в пределах от 0 до 10 часов	наличие	
15.31	Время непрерывной работы аппарата не менее 9 часов	наличие	
15.32	Безаппаратный режим использования	наличие	
15.33	Аппаратный режим использования	наличие	
15.34	Проведение мембранного плазмафереза с целью детоксикации организма больного при острых и хронических заболеваниях и заготовке плазмы	наличие	
15.35	Совместимость аппарата с мембранным плазмофильтром и комплектом кровопроводящих магистралей	наличие	
16.	Габаритно-весовые характеристики аппарата:		
16.1	Габариты аппарата с опорой фильтродержателя ДхШхВ, не более	480х320х520 мм	
16.2	Габариты аппарата без опоры фильтродержателя ДхШхВ, не более	450х320х120 мм	
16.3	Масса аппарата, не более	14,5 кг	
17.	Индикация:		
17.1	Отображающее устройство для информации (сообщений) о готовности (не готовности) аппарата к работе, проводимом в данное время режиме работы и аварийной остановке аппарата	наличие	
17.2.	Программируемое устройство для взвешивания получаемой плазмы	наличие	
17.3	Устройство, подающее сигнал о наборе необходимого, заранее заданного, количества плазмы	наличие	
18.	Мембранный плазмофильтр ПМФ-01-ТТ «Роса» (или эквивалент)	1 шт.	
18.1	Поры трековой мембраны, не более	0,4 микрона	
18.2	Биологически инертный материал трековой мембраны	наличие	
18.3	Тип разъемов для соединения	«Люер-Лок»	
18.4	Индивидуальный жесткий корпус из ударопрочного полистирола	наличие	
18.5	Стерилизация мембранного плазмофильтра радиационным способом	наличие	
18.6	Эксплуатация мембранного плазмофильтра в рабочем диапазоне положительных	От 15^{o} до 30^{o} С	

	температур в пределах		
18.7	Объем начального заполнения камер крови не более	20 мл	
18.8	Протекание крови в режиме безаппаратного плазмафереза при исходном гематокрите 40% и преддилюции 10% под действием силы тяжести с высоты 1 метр со скоростью не менее	40 мл/мин	
19.	Комплект кровопроводящих магистралей для лечебного и донорского плазмафереза КМАП-01 «Новопласт-М» (или эквивалент)	1 компл.	
20.	Дозирующее устройство антикоагулянта	наличие	
21.	Контейнер для сбора плазмы	2 шт.	
22.	Тип разъема с плазмофильтром и аппаратом для плазмафереза	«Люер-Лок»	
23.	Международный стандарт соединения «Люер-Лок»	ISO 594-2	
24.	Эксплуатация аппарата и магистралей в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха в пределах положительных значений	От 20^{o} до 30^{o} С	
25.	Герметичность магистралей при избыточном внутреннем давлении до	100 кПа	
26.	Электрические параметры		
26.1	Электрическое питание аппарата осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением	220 В	
26.2	Мощность, потребляемая аппаратом при номинальном напряжении	100 ВА	
26.3	Электрическое питание аппарата осуществляется с номинальной частотой питающей сети	50 Гц	
27.	**Выпуск не ранее 2008 года**	наличие	