ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-494

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 10:00** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: Бюджет города Владимира, внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 17 ноября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка высокочастотного электрохирургическй аппарат аргонусиленной коагуляции с тележкой и газовым баллоном типа ЭХВЧ-140-02 "ФОТЕК" (Россия) для нужд МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
Количество: 1 шт.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 317 800 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется в МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Владимир, ул.Горького, д.5.
В соответствие с приложением.
до 15 декабря 2009 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
в течении 30 календарных дней с момента поставки.
По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Не менее одного года со дня поставки.
100%
Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. В соответствии с приложением , при поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта на поставку

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Высокочастотный электрохирургическй аппарат аргонусиленной коагуляции с тележкой и газовым баллоном типа ЭХВЧ-140-02 «ФОТЕК» (Россия) (код 944210)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (одна) шт.
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара	в соответствии с технической характеристикой (см. ниже)
5.	Требования к безопасности товара	-
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с технической характеристикой. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика).	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

№	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра и комплектации по ТЗ
1.Общие требования		
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
1.3	Параметры электропитания:	
	- Напряжение сети	220 В
	- Ток, частота	переменный, 50 Гц
1.4	Номинальная выходная мощность	не менее 140 Вт
1.5	Вес блока управления	Не более 6,5 кг
1.6	Гарантия на блок управления	не менее 3 лет
2. Специальные требования		
2.1	Пять монополярных режимов:	Наличие
	- монополярное резание без коагуляции, без аргона	
	- монополярное резание с коагуляцией, без аргона	
	- плавная аргоноплазменная коагуляция – при увеличении времени воздействия глубина коагуляции плавно увеличивается от 0,5 мм до 3,0 мм;	
	- форсированная аргоноплазменная коагуляция – при воздействии факелом аргоновой плазмы происходит быстрая коагуляция тканей на глубину до 3,0 мм с возможностью выполнения контактного резания тканей в среде аргона	
	- дозируемая точечная аргоноплазменная коагуляция пульсирующим факелом – позволяет контролировать глубину коагуляции по количеству импульсов	
2.2	Монополярное резание без коагуляции, без аргона	Наличие
2.2.1	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 ом	не более 90 Вт
2.2.2	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)	не более 400 В
2.3	Монополярное резание с коагуляцией без аргона	Наличие
2.3.1	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом	не более 120 Вт
2.3.2	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)	не более 1400 В
2.4	Плавная аргоноплазменная коагуляция	Наличие
2.4.1	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом	не менее 140 Вт
2.4.2	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)	Не менее 7000 В
2.5	Форсированная аргоноплазменная коагуляция	Наличие
2.5.1	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом	не менее 140 Вт
2.5.2	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)	Не менее 7000 В
2.6	Дозируемая точечная аргоноплазменная коагуляция пульсирующим факелом	Наличие
2.6.1	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом	не менее 140 Вт
2.6.2	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p).	не менее 7000 В
2.7	Система форсированного запуска факела аргоновой плазмы.	Наличие
2.8	Выход "Ассистент" – для подсоединения держателя электродов контактного резания и коагуляции в монополярных режимах без аргона	Наличие
2.9	Рабочая частота при разомкнутой цепи во всех режимах.	не более 350 кГц
2.10	Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок	Наличие
2.11	Независимая регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в ваттах	Наличие
2.12	Диапазон регулировки расхода аргона	От 0,3 л/мин до 8,0 л/мин.
2.13	Сохранение в памяти последних установленных рабочих режимов и выходных мощностей	Наличие
2.14	Активация рабочих режимов двухклавишной педалью	Наличие
2.15	Активация рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления	Наличие
2.16	Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода	Наличие
2.17	Уровень безопасности	
	- Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р50267.2 (МЭК 601-2-2)	Наличие
	- Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление)	Наличие
2.18	Система автоматического отключения подачи рабочего тока на инструмент при возникновении непроходимости газового тракта	наличие
2.19	Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора	Наличие
2.20	Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора	Наличие

№	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра и комплектации по ТЗ
2.21	Наличие на крышке аппарата рекомендаций по режимам и устанавливаемой мощности для различных инструментов.	Наличие
2.22	Выполнение аргоноплазменной коагуляции без подключения внешних дополнительных электрохирургических высокочастотных аппаратов	Наличие
2.23	Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность	Наличие

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**ООО "Техмедторг"** 600026, Владимирская область, г.Владимир, ул. Мира д.17
2	**Общество с ограниченной ответственностью Медика-Интер** 600000, Владимирская область, г.Владимир, ул. Девическая, д.9

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО "Техмедторг"** (победитель аукциона) и составило ***317 799*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.