ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-519

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **3 декабря 2009 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **3 декабря 2009 г. в 15:06** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ Родильный дом № 2 г. Владимира.
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 17 ноября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка монитора прикроватного Life scope I BSM-2301K для нужд МУЗ Родильный дом № 2 г. Владимира.
Количество: 1 штука в комплектации согласно приложению.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 445 000 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется в МУЗ Родильный дом № 2 г. Владимира, г. Владимир, ул.Офицерская д.6.
В соответствии с приложением.
Четвертый квартал 2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
В течении 30 дней после сдачи оборудования в эксплуатацию.
По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.
100%
Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: В соответствии с приложением. При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, для ознакомления заказчика по его требованию. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Монитор прикроватный Life scope I BSM -2301K (Япония), (код 3311220)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1(одна) штука в комплектации см.ниже
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997г.) Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР № 735 от 30.10.2006г.)
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	См.ниже
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем - со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с ГОСТ.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009г.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на Монитор прикроватный Life scope I BSM -2301K

Общие сведения:
Наименование: Монитор прикроватный Life scope I BSM -2301K
Производитель: Nihon Kohden (Япония)

№	Параметры	Требования ТЗ
Общие требования		
1.	**Общая характеристика**	
	Портативный конфигурированный монитор пациента. Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи.	Соответствие
1.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
1.2	Сертификат ГОСТ-Р	Наличие
1.3	Санитарно-Эпидемиологическое заключение	Наличие
Технические характеристики аппарата		
2.	**Требования к дисплею**	
2.1	Цветной жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно через экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см (8,4")	Наличие
2.2	Разрешение дисплея 800 х 600 пикс	Наличие
2.3	Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса, CO2	Наличие
2.4	Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, EtCO2	Наличие
2.5	Число разверток кривых: не менее 5 линий	Наличие
2.6	Число отображаемых числовых параметров: не менее 6	Наличие
2.7	Скорость волн на экране 25 мм/сек, 50 мм/сек. Малая скорость дыхания и CO2: 1,56 мм/сек, 6,25 мм/сек	Наличие
2.8	Режимы отображения кривой: безынерционный подвижный или безынерционный фиксированный	Наличие
2.9	Руссифицированное меню	Наличие
3.	**Требования к источнику питания**	
3.1	Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора	Наличие
3.2	Частота сети: от 50 до 60 Гц	Наличие
3.3	Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В ± 10%	Наличие
3.4	Встроенный аккумулятор (Ni - MH): время непрерывной работы не менее 3-х часов	Наличие
3.5	Потребляемая мощность от сети: 86 ВА максимальн.	Наличие
3.6	Индикация на дисплее уровня заряда батарей.	Наличие
4.	**Вес и габариты аппарата**	
4.1	Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей)	Наличие
4.2	Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм	
5.	**Общие характеристики системы**	
5.1	Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, CO2, датчик SPO2)	Наличие
5.2	Встроенный принтер с выведением на печать не менее 3-х каналов при ширине регистрирующей бумаги не менее 50 мм.	Возможность
5.3	Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции	Возможность
5.4	Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий	Наличие
5.5	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров	Наличие
5.6	Уровни важности тревог не менее 3-х	Наличие
5.7	Кодировка тревог по звуку и цвету	Наличие
5.8	Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей	Наличие

5.9	Запоминание личных данных пациента	Наличие
5.10	Отображение суточной динамики мониторируемых параметров в виде графиков трендов.	Наличие
5.11	Временные интервалы тренда:1, 2, 4, 8 и 24 часа.	Наличие
5.12	Время выборки данных для трендов: 1 минута для 1, 2, 4, 8 часов, 3 минуты для 24 часов.	Наличие
.5.13	Перечень обязательных мониторируемых параметров: ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артери-альное давление, инвазивное давление, температура, CO2	Наличие
.5.14	Защита от дефибрилляций	Наличие
.5.15	Русскоязычное программное обеспечение	Наличие
6.	**Требования к мониторингу ЭКГ**	
6.1	Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ	Наличие
6.2	Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару)	Наличие
6.3	Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой коплектации)	Наличие
6.4	Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмий	Наличие
6.5	Анализ сегмента ST (в базовой комплектации)	Наличие
6.6	Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 уд/мин	Наличие
6.7	Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин.	Наличие
6.8	Детекция водителя ритма	Наличие
6.9	Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 секунды или при генерировании тревоги	Наличие
7.	**Требования к мониторингу оксиметрии:**	
7.1	Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI	Наличие
7.2	Диапазон измерения сатурации: 1-100 %	Наличие
7.3	Точность SPO2: ± 2 ед. (80% ≤ SPO2 ≤ 100%)	Наличие
7.4	Цикл обновления отображения: каждые 3 секунды или при подаче тревоги	Наличие
7.5	Чувствительность кривой: x 1/8, x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, x 8 или AUTO	Наличие
8.	**Требования к мониторингу пульса:**	
8.1	Диапазон измерения пульса от 0.30 до 300 уд. в минуту	Наличие
9.	**Требования к мониторингу неинвазивного АД:**	
9.1	Метод измерения: осциллометрический	Наличие
9.2	Наличие технологии PWTT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях (технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма)	Наличие
9.3	Диапазон отображения давления 0 - 300 мм. рт. ст.	Наличие
9.4	Время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек	Наличие
9.5	Время нагнетания воздуха в неонатальную манжету не более 5 сек	Наличие
9.6	Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический	Наличие
9.7	Интервалы периодического режима измерения АД: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 минут, 1, 2, 4, 8 час., PWTT	Наличие
9.8	Цикл обновления отображения данных НИАД: обновляется при каждом измерении	Наличие
9.9	Звук окончания измерения: подается по окончании измерения	Наличие
9.10	Предел давления в манжете: для взрослых - 300 мм рт.ст.	Наличие
9.11	Предел давления в манжете: для новорожденных - 150 мм рт.ст.	Наличие
10.	**Требования к мониторингу температуры:**	
10.1	Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов	Наличие
10.2	Дрейф температуры: в пределах ±0.005º C / ºC	Наличие
10.3	Точность измерения: ± 0.1 º C (25 º C ≤ Temp ≤ 45 º C)	Наличие
10.4	Точность измерения: ± 0.2 º C (0 º C ≤ Temp < 25 º C)	Наличие
10.5	Цикл обновления отображения: обновляется каждые 3 секунды	Наличие
11.	**Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа:**	
11.1	Методы измерения выдыхаемого углекислого газа: CO2 определяется в основном и боковом потоках полуколичественным или количественным методами	Наличие
11.2	Диапазон измерения для полуколичественного метода 0-76 мм рт.ст.	Наличие
11.3	Диапазон измерения для количественного метода 0-99 мм рт.ст.	Наличие
11.4	Время разогрева 5 сек.	Наличие

11.5	Определяемая частота дыхания для полуколичественного метода от 3 до 60 дых/мин	Наличие
11.6	Определяемая частота дыхания для количественного метода от 3 до 150 дых/мин	Наличие
11.7	Точность измерения для полуколичественного метода: ± 4 мм. рт. ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм. рт. ст.)	Наличие
11.8	Точность измерения для количественного метода: ± 2 мм. рт. ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм. рт. ст.)	Наличие
11.9	Цикл обновления отображения величины CO2: каждые 3 секунды или при подаче тревоги	Наличие
11.10	Тревога при времени апноэ: от 5 до 40 секунд	Наличие
12.	**Требования к мониторингу инвазивного АД:**	
12.1	Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст.	Наличие
12.2	Точность измерения: ± 1 мм. рт. ст. (-50 ≤ ИАД < 100 мм. рт. ст.)	Наличие
12.3	Точность измерения: ± 1 мм. рт. ст. (100 ≤ ИАД < 300 мм. рт. ст.)	Наличие
12.4	Диапазон автоматического балланса нуля: ± 200 мм. рт. ст.	Наличие
12.5	Точность автоматического балланса нуля: ± 1 мм. рт. ст.	Наличие
12.6	Диапазон расчета частоты пульса: 0,12 - 300 уд/мин.	Наличие
12.7	Точность расчета частоты пульса: ± 2 уд/мин.	Наличие
12.8	Цикл обновления отображения: каждые 3 секунды или при подаче тревоги	Наличие
12.9	Подача тревоги: диапазон верхних границ от 2 до 300 мм рт.ст. с шагом 2 мм рт.ст.	Наличие
12.10	Подача тревоги: диапазон нижних границ от 0 до 298 мм рт.ст. с шагом 2 мм рт.ст.	Наличие
13.	**Безопасность**	
13.1	Стандарт безопасности: IEC60601-1	Наличие
13.2	Тип электробезопасности: Класс I	Наличие
14.	**Требования к условиям окружающей среды**	
14.1	Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C	Наличие
15.1	Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструкцией по эксплуатации на русском языке.	Наличие
15.2	Гарантийный период на систему	12 месяцев со дня запуска в эксплуатацию

Комплект поставки:

1. Монитор пациента – 1 шт.
2. кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения – 1 шт.
3. одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт) – 1 комплект.
4. Кабель для пульсоксиметрического датчика - 1 шт.
5. Пульсоксиметрический датчик (пальцевой с пружинным креплением) – 1 шт.
6. воздушный шланг для манжеток НИАД (3,5 м) – 1 шт.
7. Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см, окружность руки 21-30см – 1 шт.
8. Манжетка для детей стандартная, ширина 10см, окружность руки 15-23см – 1 шт.
9. Аккумулятор (Ni - MH) – 1 шт.
10. Комплект для капнометрии TG-900P (включает датчик CO2 и адаптер для подключения датчика к монитору) – 1 комплект.
11. Адаптер воздушных путей для TG-900P (50 штук) – 1 комплект.
12. Набор для измерения центрального давления в составе: 1 трубка-манометр (СР) с посантиметровой градуировкой, снабженный скользящим индикатором, 1 3-х портовый кран, 1 удлинитель с боковым ответвлением (длина 1 м), код 298.00 - 1 шт.
13. Датчик SPO2 для взрослых и детей с массой тела свыше 3 кг (ленточное крепление). 1,6 м – 1 шт.
14. Манжетка для новорожденных (ширина 5 см) окружность руки 8-13 см – 1 шт.
15. Рамка с кранами VYSTAR, код 5827.93 (материал полиэтилен поливинилхлорид, устойчив к обработке антисептиками, полный диапазон : от двух до шести трехпутевых кранов, тип соединений «папа»-«мама»). – 10 шт.
16. Рамка с кранами VYSTAR, код 5828.233 (материал полиэтилен поливинилхлорид, устойчив к обработке антисептиками, длина 150см, полный диапазон : от двух до шести трехпутевых кранов, тип соединений «мама»-«мама», рамка укомплектована удлинительными трубками) – 10 шт.
17. Кронштейн для инфузионных кранов HOLDER FOR RAMPS STOPCOCKS, код 870.01 (крепится к любой стойке, не стерильный) – 2 шт.
18. Устройство для экстренной плексусной блокады PLEXYGON, код 7501.31 в комплекте с иглой LOCOPLEX 21G и L-50 см и срез иглы 30 гр. – 2 шт.; с иглой LOCOPLEX 21G и L-85мм, срез 30 гр. – 3 шт.; с иглой LOCOPLEX 21G и L-100 мм, срез 30 гр. – 3 шт.) – 1 комплект.
19. Руководство по эксплуатации и установке на русском языке – 1 шт.

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**Общество с ограниченной ответственностью "Дельта плюс"** 600028, Владимирская область, г.Владимир, ул.Балакирева, д.53
2	**Общество с ограниченной ответственностью "МедКомДел"** 600032, Владимирская область, Владимир, ул. Растопчина, д.1-г
3	**ООО "Техмедторг"** 600026, Владимирская область, г.Владимир, ул. Мира д.17
4	**Общество ограниченной ответственности "Владакс"** 600017, Владимирская область, г. Владимир ул. Батурина, д. 35Б
5	**Общество с ограниченной ответственностью "Звезда ДК"** 600026, Владимирская область, Владимир, ул.Гастелло,6

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "МедКомДел"** (победитель аукциона) и составило ***434 000*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Дельта плюс"** и составило ***434 000*** руб.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.