

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку центральной станции мониторинга пациентов Intellivue M3 150 в комплекте с 14 прикроватными мониторами М-5 пациента для взрослых (или эквивалент) для нужд МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира в 4 квартале 2010 года (дата начала рассмотрения заявок 08 июля 2010 г. в 9ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1	Приложение к информационной карте Параметры эквивалентности товара	п. 2.1. Масса: с внутренней батареей и установленными измерениями, кг Транспортная ручка, см — Не более 4 Не менее 25,9x24,8x18,6	<p>Является ли такой физический параметр монитора как вес — 4 кг, важным и обязательным для использования медицинского оборудования, по его непосредственному назначению, т. е. контроль витальных функций организма пациента в лечебном учреждении (ПИТ и общие палаты).</p> <p>Вес оборудования никаким образом не влияет на его работоспособность и регистрацию, необходимых для оказания медицинской помощи больным, параметров.</p> <p>Предполагаемое нами к поставке оборудование весит 6,6 кг, при этом все прочие параметры соблюдены, а местами превосходят начальные параметры Заказчика.</p> <p>Это увеличение веса связано с большей диагональю (12,4//) монитора, что увеличивает визуальный контроль за показаниями на экране и увеличивает количество отображаемых одновременно (до 8 кривых на мониторе против 3 у Заказчика).</p> <p>Будет ли весомым аргументом тот факт, что вес нашего монитора более 4 кг (6,6 кг) для отклонения заявки от дальнейшего участия в открытом аукционе на поставку центральной станции мониторинга пациентов Intellivue M3 150 в комплекте с 14 прикроватными мониторами М-5</p>

			пациента для взрослых (или эквивалент) для нужд МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира в 4 квартале 2010 года.
--	--	--	---

Ответ:

Предметом муниципального контракта является поставка центральной станции мониторинга пациентов Intellivue M3 150 в комплекте с 14 прикроватными мониторами М-5 пациента для взрослых (**или эквивалент**) для нужд МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира в 4 квартале 2010 года.

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком, были установлены параметры по которым аукционной комиссией должна быть определена эквивалентность товара, предлагаемого к поставке участником размещения заказа, потребностям заказчика.

Указанные выше параметры эквивалентности товара в полном объеме содержаться в приложении к информационной карте (листы 10-14 документации об открытом аукционе).