Извещение о проведении запроса котировок на поставку прибора эндоскопического и увеличительного (Большеканальный стандартный бронхофиброскоп) для МУЗ «Городская больница № 2» во 2 квартале 2009 г. от 23.04.2009 г.

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. 3, т/ф (4922) 53-59-57 (4922) 53-62-45, www. gorbolnica2. siteedit.ru, e-mail: gorbol2@gorbol2.elcom.ru

2. Источник финансирования заказа:

ОМС одноканальное финансирование

3. Форма котировочной заявки:

Приложение №1

4. Наименование, характеристики, объем оказываемых услуг и количество поставляемых товаров:

Наименование товара	КОД ОКП	Ед. изм.	Кол-во товара	Наименование параметра и функции	Наличие функции или величина параметра, заданные по ТЗ
Большеканальный стандартный бронхофиброскоп Pentax или эквивалент	94 42	шт	1	**Общие требования:**	
				Легкий компактный корпус	Наличие
				Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор	Наличие
				Компоненты, выдерживающие высокие температуры паровой стерилизации	Наличие
				Дистальный конец обладает специальной электроизоляцией, позволяющей проводить лечение током высокой частоты	Наличие
				Регистрационное удостоверение, и документы подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ	Наличие
				Оптические характеристики:	
				Угол поля зрения	Не менее 120 градусов
				Глубина резкости не менее	3-50 мм.

				Диаметр дистального конца не более	5,9 мм.
				Изгибаемая часть	Вверх не менее 180 градусов
				Изгибаемая часть	Вниз не менее 130 градусов
				Дистальный конец:	
				Диаметр вводимой трубки	Не более 6,0 мм.
				Длина рабочей части вводимой трубки	Не более 600 мм.
				Общая длина	Не более 900 мм.
				Инструментальный канал	Не менее 2,8 мм.
				Стандартные принадлежности:	
				Биопсийные щипцы с окном	Наличие не менее 2-х разных шт.
				Чистящая щетка	Наличие
				Чистящая щетка (длинная)	
				Чистящая щетка для цилиндра отсоса	Наличие
				Резиновый клапан биопсийного канала	Наличие не менее 10 шт.
				Крышка для очистки клапана насоса	Наличие
				Набор колец для клапана отсоса	Наличие
				Крышка окуляра	Наличие
				Загубник	Наличие
				Силиконовое масло	Наличие
				Крышка газового клапана	Наличие
				Чемодан (футляр) для прибора	Наличие
				Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
				Ключ к чемодану (футляру)	Наличие
				Установленные принадлежности	
				Резиновый клапан биопсийного канала	Наличие

				Коннектор световода	Наличие

5. Место поставки товара:

МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. 3.

6. Сроки поставки:

2-й квартал 2009 года

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах:

В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимой продукции и составляет 499000 руб.00 коп.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. 3 **Срок подачи котировочных заявок** до 16 часов 40 мин. «05» мая 2009 г.

10. Условия поставки и оплаты товара:

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до получателя в соответствии с заключенным с ЛПУ г. Владимира контрактом. Комплектация в соответствии с технической характеристикой. Срок предоставления гарантии качества не менее 1 года. Доставка и разгрузка, товара осуществляется силами и средствами поставщика. Оплата производится в течение 30 календарных дней по факту приема прибора, по товарно-транспортной накладной.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

И.о. главного врача О.Б.Герасимова

Заведующий
пульмонологическим отделением И.В. Петряков