ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Аппарат медицинский для лечения гипотермии у новорожденных модель «KanMed Baby Warmer» (система обогрева на водяном матрасике) с транспортным кабелем фирма KanMed AB, Швеция. 94 4490
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (одна) штука
3.	Требования к качеству товара	При поставке наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.), наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с техническим заданием (см. ниже)
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика (см. приложение). Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	

Техническое задание

к аппарату медицинскому для лечения гипотермии у новорожденных модель «KanMed Baby Warmer» (система обогрева новорожденных на водяном матрасике) с транспортным кабелем фирма KanMed AB, Швеция.

№№ п/п	Наименование параметра	Требуемая величина
1	Назначение: быстрый, эффективный, безопасный обогрев новорожденных	Наличие
2	Возможность универсального применения: - в родильном зале - в отделении для новорожденных - в отделении интенсивной терапии - при внутрибольничной транспортировке, в машинах скорой помощи и санавиации	 Наличие Наличие
3	Режим работы: непрерывный	Наличие
4	Принцип действия: кондукция	Наличие
5	Комплектность:	
5.1.	Модуль управления с микропроцессорным контроллером и панелью управления: - установка и контроль t нагрева водяного матрасика от 34 до 38°С +/-0,5° С, по умолчанию – не < 37° С - звуковые и визуальные сигналы тревоги: - по низкой температуре - по высокой температуре - автоматическое отключение аппарата при отклонении t от заданного значения более, чем на +/- 1° С - неисправность работы нагревательной пластины - неисправность модуля управления - отсутствие водяного матрасика - сбой электропитания - вес, не более 3 кг - габаритные размеры 210х165х120 мм	Наличие Наличие Наличие < 34° С > 39° С Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие
5.2.	Нагревательная пластина - размеры 580х250х2 мм - вес 0,5 кг, не более - низкое напряжение 24V - потребляемая мощность 50Вт при работе от сети - потребляемая мощность 12 Вт при работе от аккумуляторной батареи - рентгенопрозрачная - гибкая, устойчивая на разрыв, водонепроницаемая - устойчивая к обработке дезсредствами	Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие
5.3.	Водяной матрасик с трубкой для наполнения водой, 1 шт.: - размеры: 600х270х30 мм - материал – ПСХ (поливинилхлорид) - повышенная термоустойчивость и прочность - объем воды – макс. 4,5 л	Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие
5.4.	Специальное детское ложе «Гнездо» с регулируемыми бортиками, 2 шт.	Наличие
5.5.	Специальное средство для обеззараживания воды в водяном матрасике - объем 118 мл - 4 бут. на 1 год работы	Наличие Наличие Наличие
5.6	Транспортный кабель для подключения к аккумуляторной батарее	Наличие
6	Требования к электропитанию: - 220-240 В переменного тока - 12-24 В постоянного тока - частота 50-60 Гц - потребляемая мощность 65 Ватт, не более	 Наличие Наличие Наличие Наличие
7	Обязательное самотестирование прибора при каждом включении модуля управления	Наличие
8	Требования к электробезопасности - тип защиты от поражения электротоком - степень защиты от поражения электротоком	 Класс I BF, устойчив к дефибрилляции
9	Степень защиты от брызг и попадания жидкости: - модуль управления - нагревательная пластина	 IPX1 IPX7
10	Электропроводность корпуса: неэлектропроводный	Наличие
11	Электромагнитные поля: не поддается влиянию и не влияет на другое оборудование	Наличие
12	Инструкция пользователя на русском языке	Наличие
13	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
14	Сертификат соответствия ГОСТ Р	Наличие
15	Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора РФ	Наличие