ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	3311020- Монитор прикроватный Life scope I BSM - 2301K
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.ниже
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с приложением.
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с ГОСТ. Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Выпуск не ранее 2009г. Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика . Технические данные на русском языке . Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт)
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР № 735 от 30.10.2006)

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К
Прикроватному монитору Life scope I 2301K

	ОПИСАНИЕ МОНИТОРА			
	Прикроватный монитор Life scope I 2301K, руссифицированный. Сетевое питание. Вес 4,7 кг, размеры 253x242x145мм (ШхВхГ). Безбликовый цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей - 8,4", 800x600 точек, максимально выводится 5 кривых, 7 числовых параметров. Увеличение отображения цифровых параметров.			
№	**ОПИСАНИЕ**	**Индекс**	**Article-No**	**Количество**
	Life scope I с 1 SmartConnector	BSM – 2301K	BSM – 2301K	1
	СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	YZ-028P3	YZ-028P3	
1	Силовой кабель	L936	Powercord N	1
2	Кабель ЭКГ на 3/6 электродов 3м	K922	JC - 906P	1
3	Кабель пациента на 3 отведения (0,8 м)	K911	BR - 903P	1
4	Одноразовые электроды (комплект из 30 шт.)	G204	C-30	1
5	Кабель пульсокиметрии	K931	JL-900P	1
6	Пульсоксиметрический датчик (пальцевой с пружинным креплением)	P225F	TL-201T	1
7	Воздушный шланг для взрослых и детей 3,5м	S902	YN-901P	1
8	Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см, окружность руки 21-30см	S944B	YP-963T	1
9	Манжетка для детей стандартная, ширина 10см, окружность руки 15-23см	S943C	YP-962T	1
	ОПЦИИ			
10	Никель - кадмиевая батарея	X062	Y8-076PS	1
	Пульсоксиметрия - sp02			
11	Датчик SP02 для взрослых и детей с массой тела свыше 3 кг (ленточное крепление). 1,6 м	P225C	TL-220T	1
	Неинвазивное давление			
12	Манжетка для новорожденных (ширина 5 см) окружность руки 8-13 см	8943A	YP -960T	1
	Капнометрия (основной поток)			
13	Комплект для капнометрии TG-900P (включает датчик C02 и адаптер для подключения датчика к монитору)	P903	TG-900P	1
14	Адаптер воздушных путей для TC-900P (50 штук)	R801	YG-101T	50

Приложение №1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Параметры	Требования ТЗ
1.	**Общая характеристика**	
	Портативный конфигурированный монитор пациента. Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи.	Соответствие
1.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
1.2	Сертификат ГОСТ-Р	Наличие
1.3	Санитарно-Эпидемиологическое заключение	Наличие
2.	**Требования к дисплею**	
2.1	Цветной жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно через экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см (8,4")	Наличие
2.2	Разрешение дисплея 800 х 600 пикс	Наличие
2.3	Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса, CO2	Наличие
2.4	Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, EtCO2	Наличие
2.5	Число разверток кривых: не менее 5 линий	Наличие
2.6	Число отображаемых числовых параметров: не менее 6	Наличие
2.7	Скорость волн на экране 25 мм/сек, 50 мм/сек. Малая скорость дыхания и CO2: 1,56 мм/сек, 6,25 мм/сек	Наличие
2.8	Режимы отображения кривой: безынерционный подвижный или безынерционный фиксированный	Наличие
2.9	Руссифицированное меню	Наличие
3.	**Требования к источнику питания**	
3.1	Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора	Наличие
3.2	Частота сети: от 50 до 60 Гц	Наличие
3.3	Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В ± 10%	Наличие
3.4	Встроенный аккумулятор (Ni - MH): время непрерывной работы не менее 3-х часов	Наличие
3.5	Потребляемая мощность от сети: 86 ВА максимальн.	Наличие
3.6	Индикация на дисплее уровня заряда батарей.	Наличие
4.	**Вес и габариты аппарата**	
4.1	Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей)	Наличие
4.2	Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм	
5.	**Общие характеристики системы**	
5.1	Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор для подключение различных видов датчиков (ИАД, CO2, датчик SPO2)	Наличие
5.2	Встроенный принтер с выведением на печать не менее 3-х каналов при ширине регистрирующей бумаги не менее 50 мм.	Возможность
5.3	Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции	Возможность
5.4	Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий	Наличие
5.5	Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров	Наличие
5.6	Уровни важности тревог не менее 3-х	Наличие
5.7	Кодировка тревог по звуку и цвету	Наличие
5.8	Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей	Наличие
5.9	Запоминание личных данных пациента	Наличие
5.10	Отображение суточной динамики мониторируемых параметров в виде графиков трендов.	Наличие
5.11	Временные интервалы тренда:1, 2, 4, 8 и 24 часа.	Наличие
5.12	Время выборки данных для трендов: 1 минута для 1, 2, 4, 8 часов, 3 минуты для 24 часов.	Наличие
.5.13	Перечень обязательных мониторируемых параметров: ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артери-альное давление, инвазивное давление, температура, CO2	Наличие
.5.14	Защита от дефибрилляций	Наличие
.5.15	Русскоязычное программное обеспечение	Наличие

№	Параметры	Требования ТЗ
6.	**Требования к мониторингу ЭКГ**	
6.1	Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ	Наличие
6.2	Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару)	Наличие
6.3	Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой коплектации)	Наличие
6.4	Сохранение в памяти до 16 эпизодов аритмий	Наличие
6.5	Анализ сегмента ST (в базовой комплектации)	Наличие
6.6	Диапазон ЧСС по ЭКГ 0-300 уд/мин	Наличие
6.7	Диапазон частоты экстрасистол 0-99 в мин.	Наличие
6.8	Детекция водителя ритма	Наличие
6.9	Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 секунды или при генерировании тревоги	Наличие
7.	**Требования к мониторингу оксиметрии:**	
7.1	Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI	Наличие
7.2	Диапазон измерения сатурации: 1-100 %	Наличие
7.3	Точность SPO2: ± 2 ед. (80% ≤ SPO2 ≤ 100%)	Наличие
7.4	Цикл обновления отображения: каждые 3 секунды или при подаче тревоги	Наличие
7.5	Чувствительность кривой: x 1/8, x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, x 8 или AUTO	Наличие
8.	**Требования к мониторингу пульса:**	
8.1	Диапазон измерения пульса от 0.30 до 300 уд. в минуту	Наличие
9.	**Требования к мониторингу неинвазивного АД:**	
9.1	Метод измерения: осциллометрический	Наличие
9.2	Наличие технологии PWTT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях (технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма)	Наличие
9.3	Диапазон отображения давления 0 - 300 мм. рт. ст.	Наличие
9.4	Время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек	Наличие
9.5	Время нагнетания воздуха в неонатальную манжету не более 5 сек	Наличие
9.6	Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический	Наличие
9.7	Интервалы периодического режима измерения АД: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 минут, 1, 2, 4, 8 час., PWTT	Наличие
9.8	Цикл обновления отображения данных НИАД: обновляется при каждом измерении	Наличие
9.9	Звук окончания измерения: подается по окончании измерения	Наличие
9.10	Предел давления в манжете: для взрослых - 300 мм рт.ст.	Наличие
9.11	Предел давления в манжете: для новорожденных - 150 мм рт.ст.	Наличие
10.	**Требования к мониторингу температуры:**	
10.1	Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов	Наличие
10.2	Дрейф температуры: в пределах ±0.005º C / ºC	Наличие
10.3	Точность измерения: ± 0.1 º C (25 º C ≤ Temp ≤ 45 º C)	Наличие
10.4	Точность измерения: ± 0.2 º C (0 º C ≤ Temp < 25 º C)	Наличие
10.5	Цикл обновления отображения: обновляется каждые 3 секунды	Наличие
11.	**Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа:**	
11.1	Методы измерения выдыхаемого углекислого газа: CO2 определяется в основном и боковом потоках полуколичественным или количественным методами	Наличие
11.2	Диапазон измерения для полуколичественного метода 0-76 мм рт.ст.	Наличие
11.3	Диапазон измерения для количественного метода 0-99 мм рт.ст.	Наличие
11.4	Время разогрева 5 сек.	Наличие
11.5	Определяемая частота дыхания для полуколичественного метода от 3 до 60 дых/мин	Наличие
11.6	Определяемая частота дыхания для количественного метода от 3 до 150 дых/мин	Наличие
11.7	Точность измерения для полуколичественного метода: ± 4 мм. рт. ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм. рт. ст.)	Наличие
11.8	Точность измерения для количественного метода: ± 2 мм. рт. ст. (0 ≤ CO2 ≤ 40 мм. рт. ст.)	Наличие
11.9	Цикл обновления отображения величины CO2: каждые 3 секунды или при подаче тревоги	Наличие

№	Параметры	Требования ТЗ
11.10	Тревога при времени апноэ: от 5 до 40 секунд	Наличие
12.	**Требования к мониторингу инвазивного АД:**	
12.1	Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст.	Наличие
12.2	Точность измерения: ± 1 мм. рт. ст. (-50 ≤ ИАД < 100 мм. рт. ст.)	Наличие
12.3	Точность измерения: ± 1 мм. рт. ст. (100 ≤ ИАД < 300 мм. рт. ст.)	Наличие
12.4	Диапазон автоматического балланса нуля: ± 200 мм. рт. ст.	Наличие
12.5	Точность автоматического балланса нуля: ± 1 мм. рт. ст.	Наличие
12.6	Диапазон расчета частоты пульса: 0,12 - 300 уд/мин.	Наличие
12.7	Точность расчета частоты пульса: ± 2 уд/мин.	Наличие
12.8	Цикл обновления отображения: каждые 3 секунды или при подаче тревоги	Наличие
12.9	Подача тревоги: диапазон верхних границ от 2 до 300 мм рт.ст. с шагом 2 мм рт.ст.	Наличие
12.10	Подача тревоги: диапазон нижних границ от 0 до 298 мм рт.ст. с шагом 2 мм рт.ст.	Наличие
13.	**Безопасность**	
13.1	Стандарт безопасности: IEC60601-1	Наличие
13.2	Тип электробезопасности: Класс I	Наличие
14.	**Требования к условиям окружающей среды**	
14.1	Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C	Наличие
15.	**Комплект поставки**	
15.1	Монитор пациента	1 шт.
15.2	кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения	1 шт.
15.3	одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт)	1 комплект
15.4	Кабель для пульсоксиметрического датчика	1 шт.
15.5	Пульсоксиметрический датчик (пальцевой с пружинным креплением)	1 шт.
15.6	воздушный шланг для манжеток НИАД (3,5 м)	1 шт.
15.7	Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см, окружность руки 21-30см	1 шт.
15.8	Манжетка для детей стандартная, ширина 10см, окружность руки 15-23см	1 шт.
15.9	Аккумулятор (Ni - MH)	1 шт.
15.10	Комплект для капнометрии TG-900P (включает датчик CO2 и адаптер для подключения датчика к монитору)	1 комплект
15.11	Адаптер воздушных путей для TG-900P (50 штук)	1 комплект
15.12	Датчик SPO2 для взрослых и детей с массой тела свыше 3 кг (ленточное крепление). 1,6 м	1 шт.
15.13	Манжетка для новорожденных (ширина 5 см) окружность руки 8-13 см	1 шт.
15.14	Руководство по эксплуатации и установке на русском языке	1 шт.
15.15	Руководство по эксплуатации и установке на русском языке	1 шт.
16.	**Условия поставки**	
16.1	Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструкцией по эксплуатации на русском языке.	Наличие
16.2	Гарантийный период на систему	12 месяцев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир « ____» _____200__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом №2 г. Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице главного врача **Кирюхиной Ирины Михайловны**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику **монитор прикроватный Life scope I BSM – 2301K** (далее именуемый Товар), в количестве согласно спецификации (приложение №1), а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам аукциона на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет _____ руб., в том числе НДС -_____% _____руб. (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем

Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.3. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара в эксплуатацию, оформленного актом сдачи-приемки.

5.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

5.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. д).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.5. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:_____
_____
_____

Заказчик:_____
_____
_____
_____
_____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Заказчик:

_____/_____ _____/_____

М.П. М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___"_____200__ №_____

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед.изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Монитор прикроватный Life scope I BSM – 2301K	Шт.			1		

ЗАКАЗЧИК
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира
«___» _____200 г.

м. п.

ПОСТАВЩИК
_____
«____» _____200 г.

м. п.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___ "_____200__ №_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки и сдачи в эксплуатацию	Примечание
	Монитор прикроватный Life scope I BSM – 2301K	Шт.	1	3 квартал 2009 года	

ЗАКАЗЧИК
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира
«___» _____200 г.

м. п.

ПОСТАВЩИК
_____
«____» _____200 г.

м. п.