

Управление здравоохранения администрации г. Владимира  
Протокол № 227 рассмотрения и оценки котировочных заявок.

от 23 июля 2008 г.

**Повестка дня:** Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Детский психоневрологический санаторий № 2» в 3 квартале 2008г.

**Заказчик:** Управление здравоохранения администрации г.Владимира, г.Владимир,  
ул.Большая Нижегородская, д. 75, тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94.

**Состав котировочной комиссии:**

Председатель комиссии:

Зам начальника управления - А.Е. Станчев

Члены комиссии:

Главный бухгалтер – Л.П. Матосян

Начальник отдела по лечебно-профилактической помощи населению – А.Е.Белов

Главный специалист – М. А. Жукова

Специалист 1 категории, секретарь – Л. Н.Пищулина

1. В соответствии с извещениями о проведении запроса котировок от 04.07.2008 г. и 16.07.08г., опубликованными на официальном информационном Интернет-сервере органов местного самоуправления г. Владимира «Город Владимир», была подана 1 (одна) котировочная заявка:

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Участник размещения заказа
1	249-07 от 10.07.2008 г.	ЗАО «Биосвязь», г.Санкт-Петербург, Заневский пр., 12

2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным извещениями о проведении запроса котировок от 04.07.08г. и 16.07.08г., и приняла решение:

2.1. Отклонить котировочную заявку ЗАО «Биосвязь», г.Санкт-Петербург, Заневский пр., 12, по причине несоответствия требованиям технического заданию по позициям:

- 6.3. по последствиям отказа в процессе использования оборудование должно относиться к группе 2 по ГОСТ Р 50444 – заявлено класс В по РД 50-707

- 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3., 7.1.8., 7.1.9., 7.1.11.,7.1.12., 7.1.13. – отсутствуют требуемые условия.

2.2. Запрос котировок признать не состоявшимся.

**Голосовали:** «за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Протокол подписан:**

А.Е. Станчев

Л.П. Матосян

А.Е. Белов

М. А. Жукова

Л. Н.Пищулина