

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-116-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **04.08.2008 10 ч 30 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 3 квартал 2008 года.

Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира

Источник финансирования:

лоты №№ 1,6,8,13,15,16,17 - бюджет города Владимира;
лоты №№ 2,3,4,5,7,9,10,11,12,14- внебюджетные источники финансирования.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 02.07.2008 № 181-П. Извещение № 185 от 03.07.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 77 от 03.07.2008.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):

- лот № 1 - 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей);
- лот № 2 - 350 000,00 руб. (Триста пятьдесят тысяч рублей);
- лот № 3 - 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей);
- лот № 4 - 147 000,00 руб. (Сто сорок семь тысяч рублей);
- лот № 5 - 660 000,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей);
- лот № 6 - 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей);
- лот № 7 - 82 000,00 руб. (Восемьдесят две тысячи рублей);
- лот № 8 - 750 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей);
- лот № 9 - 80 000,00 руб. (Восемьдесят тысяч рублей);
- лот № 10 - 850 000,00 руб. (Восемьсот пятьдесят тысяч рублей);
- лот № 11 - 1 062 000,00 руб. (Один миллион шестьдесят две тысячи рублей);
- лот № 12 - 192 195,00 руб. (Сто девяносто две тысячи сто девяносто пять рублей);
- лот № 13 - 933 000,00 руб. (Девятьсот тридцать три тысячи рублей);
- лот № 14 - 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей);
- лот № 15 - 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей);
- лот № 16 - 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей);
- лот № 17 - 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 05 минут** по московскому времени **29 июля 2008 года** было подано **14** (четырнадцать) заявок на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявок	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО Внешнеэкономическая Дистрибьютерская фирма «Акцепт», 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.12;	В наличии
2.	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15 а, оф.101-3;	В наличии
3.	ООО МТЦ «Медмарк-Сервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.22-а;	В наличии
4.	ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г.Москва, ул.2-ая Бауманская, д.7, стр.1-а;	В наличии

5.	ООО СП «Хиратрейд», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.20-а;	В наличии
6.	ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44;	В наличии
7.	ВГУП «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а;	В наличии
8.	ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9	В наличии
9.	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;	В наличии
10.	ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д. 54	В наличии
11.	ООО «РЕСПЕКТ», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, 2-а-5;	В наличии
12.	ООО НПП «Лим», 603155, г.Нижний Новгород, а/я 24;	В наличии
13.	ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203	В наличии
14.	ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО Внешнеэкономическая Дистрибьютерская фирма «Акцент», 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.12:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
8		Поставка хирургического оборудования для МУЗ «Городская больница № 2»			
	8.1.	Прибор электро-радиохирургический «Сургитрон DF120» в базовой комплектации (см. приложение №1)	Фирма «ELLMAN International, Inc.», США	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, д.3.</p> <p>Условия поставки товара: Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками (приложение №8 к Информационной карте). Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Год выпуска оборудования – 2008г. Сроки поставки товара: до 20 сентября 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.</p>			
Безопасность товара		Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.			
Требования к размерам товара		Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Согласно требованиям производителя товара			
Срок предоставления гарантий качества товара		Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев.			
Объем предоставления		В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.			

гарантий качества товара	
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО ВДФ «Акцепт», имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №0000953 серия ФС-9.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС US.ИМ02.А13117, срок действия с 29.08.2005г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ02 Медицинских изделий и бытовых электрических приборов ГУН ВНИИИМТ МИНЗДРАВА РОССИИ Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2005/943, действительно с 15 июля 2005 года до 15 июля 2015 года.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
10		Поставка медицинского оборудования для кабинетов для МУЗ «Родильный дом № 1»			
	10.1.	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-03-«КРОНТ» («Дезар-4») (См. приложение №2)	ЗАО «КРОНТ-М», г.Химки, Московская обл.	шт.	4
	10.2.	Фетальный монитор Avalon FM20 (См. приложение №2)	Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH, Германия	шт.	1
	10.3.	Система реанимационная открытая BANDEQ Therm 2001 (См. приложение №2)	Фирма «Ningbo David Medical Device Co., Ltd», КНР	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г.Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1.</p> <p>Условия поставки товара: Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками (приложение №10 к Информационной карте). Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Год выпуска оборудования – 2008г. Сроки поставки товара: до 16 августа 2008г.</p>				
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.</p>				
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-				

	эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО ВДФ «Акцепт», имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №0000953 серия ФС-9.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	<p>п.10.1 - Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н06229, срок действия с 16.04.2007г. по 15.04.2010г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ04 Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП» Орган по сертификации медицинских изделий.</p> <p>Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации №29/18071102/4862-03 от 30 января 2003г., действительно до 5 ноября 2012 года.</p> <p>п.10.2 - Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В00248, срок действия с 11.12.2006 по 11.12.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ24 ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», г. Москва</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2005/1789, действительно с 28 ноября 2005 года до 28 ноября 2015 года.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.34.944.Д.008217.12.05 от 07.12.2005г., действительно до 07.12.2010г.</p> <p>п.10.3 - Сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ18.В00547, срок действия с 25.12.2006г. по 25.12.2009г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.11ИМ18 ООО «Орган по сертификации продукции «МедЭкспертСертис»</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2004/1322, действительно с 22 октября 2004 года до 22 октября 2014 года.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №77.99.24.945.Д.003299.06.05 от 14.06.2005г., действительно до 14.06.2010г.</p>
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
11		Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Родильный дом № 1»			
	11.1.	Кресло гинекологическое ВООМ с электрическим приводом (см. приложение №3)	Фирма «TechnoMedica Hellenic Medical Furniture S.A.», Греция	шт.	6

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1.</p> <p>Условия поставки товара: Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками (приложение №11 к Информационной карте). Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Год выпуска оборудования – 2008г. Сроки поставки товара: до 16 августа 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.</p>
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО ВДФ «Акцент», имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №0000953 серия ФС-9.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	<p>Сертификат соответствия № РОСС GR.ME01.B05150, срок действия с 31.01.2008г. по 30.01.2011г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ME01 Национальный сертификационный орган электрооборудования (НСО ГОСТ Рэ).</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2005/73, действительно с 20 января 2005 года до 20 января 2015 года.</p>
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
8		Поставка хирургического оборудования для МУЗ «Городская больница № 2»			
	8.1.	Прибор электро-радиохирургический «Сургитрон DF120» в базовой комплектации (см. приложение №1)	Фирма «ELLMAN International, Inc.», США	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул.Токарева, д.3.</p> <p>Условия поставки товара: Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками (приложение №8 к Информационной карте). Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставлены сертификаты качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Год выпуска оборудования – 2008г. Сроки поставки товара: до 20 сентября 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.</p>			
Безопасность товара		Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.			
Требования к размерам товара		Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Согласно требованиям производителя товара			
Срок предоставления гарантий качества товара		Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев.			
Объем предоставления гарантий качества товара		В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.			
Требования к обслуживанию товара		В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы», (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Согласно требованиям производителя товара.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		<p>Сертификат соответствия № РОСС US.ИМ02.А13117, срок действия с 29.08.2005г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ02 Медицинских изделий и бытовых электрических приборов ГУН ВНИИИМТ МИНЗДРАВА РОССИИ</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2005/943, действительно с 15 июля 2005 года до 15 июля 2015 года.</p>			
Иные показатели,		В документации представлены технические характеристики предлагаемого			

подтверждающие соответствие поставляемого товара, заказчика	потребностям	оборудования
---	--------------	--------------

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
10		Поставка медицинского оборудования для кабинетов для МУЗ «Родильный дом № 1»			
	10.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-03-«КРОНТ» («Дезар-4») (См. приложение №2)	ЗАО «КРОНТ-М», г.Химки, Московская обл.	шт.	4
	10.2	Фетальный монитор Avalon FM20 (См. приложение №2)	Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH, Германия	шт.	1
	10.3	Система реанимационная открытая BANDEQ Therm 2001 (См. приложение №2)	Фирма «Ningbo David Medical Device Co., Ltd», КНР	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1.</p> <p>Условия поставки товара: Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками (приложение №10 к Информационной карте). Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Год выпуска оборудования – 2008г. Сроки поставки товара: до 16 августа 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.</p>
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	<p>п.10.1 - Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н06229, срок действия с 16.04.2007г. по 15.04.2010г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ04 Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП» Орган по сертификации медицинских изделий.</p> <p>Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации №29/18071102/4862-03 от 30 января 2003г., действительно до 5 ноября 2012 года.</p> <p>п.10.2 - Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ24.В00248, срок действия с 11.12.2006 по 11.12.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ24 ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», г. Москва</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2005/1789, действительно с 28 ноября 2005 года до 28 ноября 2015 года.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.34.944.Д.008217.12.05 от 07.12.2005г., действительно до 07.12.2010г.</p> <p>п.10.3 - Сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ18.В00547, срок действия с 25.12.2006г. по 25.12.2009г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.11ИМ18 ООО «Орган по сертификации продукции «МедЭкспертСертис»</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2004/1322, действительно с 22 октября 2004 года до 22 октября 2014 года.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №77.99.24.945.Д.003299.06.05 от 14.06.2005г., действительно до 14.06.2010г.</p>
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
		Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Родильный дом № 1»			
11	11.1	Кресло гинекологическое ВООМ с электрическим приводом (см. приложение №3)	Фирма «TechnoMedica Hellenic Medical Furniture S.A.», Греция	шт.	6
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1.</p> <p>Условия поставки товара: Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками (приложение №11 к Информационной карте). Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Год выпуска оборудования – 2008г. Сроки поставки товара: до 16 августа 2008г.</p>			

Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи.
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС GR.ME01.B05150, срок действия с 31.01.2008г. по 30.01.2011г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ME01 Национальный сертификационный орган электрооборудования (НСО ГОСТ Рэ). Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2005/73, действительно с 20 января 2005 года до 20 января 2015 года.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

3. ООО МТЦ «Медмарк-Сервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.22-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
8	1	Прибор электро-радиохирургический "Surgitron DF120" в базовой комплектации.	ELLMAN International, Inc. (США)	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика. Сроки поставки: до 20 сентября 2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к размерам товара			Соответствуют требованиям конкурсной документации		
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Требования к отгрузке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		

Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объем гарантии
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0 -92, ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96, ГОСТ Р 50267.0.4-99, ГОСТ Р 25052-87, международные стандарты EN 60601-1, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 10601-1-4.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Регистрационное удостоверение

4. ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г.Москва, ул.2-ая Бауманская, д.7, стр.1-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Ед-ца измерения	Кол-во
6	1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» г. Тюмень	шт.	1
		Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки: МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, д. 3. Условия поставки товара: Доставка до склада получателя. Доставка до склада получателя - силами и средствами поставщика. Сроки поставки: До 20 сентября 2008 г.		
		Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты товара: Безналичный расчёт в рублях РФ. Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты товара: По счёту-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приёма-передачи.		
		Безопасность товара	По стандарту ИЕС 601-1. В процессе эксплуатации прибора уменьшает риск получения ожога персоналом наличие теплоизоляционных чехлов на ручках кранов управления.		
		Требования к размерам товара	1130*710*1500 мм		
		Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
		Требования к отгрузке товара	Доставка товара поставщиком. Разгрузка товара силами и средствами поставщика, предварительное извещение о поставке.		
		Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в гарантийную эксплуатацию.		
		Объём предоставления гарантий качества товара	Объём гарантий качества – 100 %		
		Требования к обслуживанию товара	Специального обслуживания не требуется.		
		Требования к расходам на эксплуатацию товара	Дополнительных расходов на эксплуатацию товара не требуется		
		Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 12.2.025-76 Р.2., ГОСТ Р 51935-2002		

Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU. ИМ10.В00801 Орган по сертификации № РОСС RU.0001.11 ИМ10 технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП «Медоборудование-тест» Регистрационное удостоверение ФС №02263413/0955-04
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика:	Предложение поставщика прилагается

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Ед-ца измерения	Количество
7	1	Аквадистиллятор электрический автоматический для получения воды очищенной АДЭа-10-"СЗМО"	ОАО Медоборудование г. Саранск	шт.	1
7	2	Аквадистиллятор электрический автоматический для получения воды очищенной АДЭа-4-"СЗМО"	ОАО Медоборудование г. Саранск	шт.	1
7	3	Микроскоп медицинский для биохимических исследований модели XS-90	Ningbo Sheng Heng Optic&Electronics Co., Ltd Китай	шт.	2
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки: МУЗ "Городская больница №2", г. Владимир, ул. Токарева, д. 3. Условия поставки товара: Доставка до склада получателя. Доставка до склада получателя - силами и средствами поставщика. Сроки поставки: До 16 августа 2008 г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма оплаты товара: Безналичный расчёт в рублях РФ. Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты товара: По счёту-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приёма-передачи.		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к размерам товара			1. 665*275*620мм	2. 255*320*550мм	3. 260*160*360мм
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к отгрузке товара			Доставка товара поставщиком. Разгрузка товара силами и средствами поставщика, предварительное извещение о поставке.		
Срок предоставления гарантий качества товара			12 месяцев с момента запуска в гарантийную эксплуатацию.		
Объём предоставления гарантий качества товара			Объём гарантий качества - 100 %		
Требования к обслуживанию товара			Специального обслуживания не требуется		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Дополнительных расходов на эксплуатацию товара не требуется		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			1. Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 22340-89, ГОСТ 12.2.025-76	2. Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 22340-89, ГОСТ 12.2.025-76	3. Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-95

Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	1. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ИМ10.В0078 Орган по сертификации № РОСС RU.0001.11 ИМ10 технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО "ЦСТСР ГНПП "Медоборудование- тест" Регистрационное удостоверение ФС №022а2004/0411-04	2. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ИМ10.В00778 Орган по сертификации № РОСС RU.0001.11 ИМ10 технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО "ЦСТСР ГНПП "Медоборудование- тест" Регистрационное удостоверение ФС №022а2004/0411-04	3. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС СН.АЯ46.В05493 Орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции Ростест-Москва Регистрационное удостоверение ФС №2006/428
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Предложение поставщика прилагается		

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Ед-ца измерения	Количество
12	1	Столик инструментальный М-7-1	ЗАО «Капсоль» г. Москва	шт.	14
12	2	Шкаф сушильный ШС-80	РУП «Гродненский завод торгового машиностроения» Респ. Беларусь	шт.	4
12	3	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-6	ОАО «Досчатинский Завод Медицинского Оборудования» Нижегородская обл.	шт.	27
12	4	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-9	ОАО «Досчатинский Завод Медицинского Оборудования» Нижегородская обл.	шт.	20
12	5	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-12	ОАО «Досчатинский Завод Медицинского Оборудования» Нижегородская обл.	шт.	21
12	6	Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-18	ОАО «Досчатинский Завод Медицинского Оборудования» Нижегородская обл.	шт.	19
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки: МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, Константино- Еленинский проезд, д. 1 Условия поставки товара: Доставка до склада получателя. Доставка до склада получателя - силами и средствами поставщика. Сроки поставки: До 16 августа 2008 г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма оплаты товара: Безналичный расчёт в рублях РФ. Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты товара: По счёту-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приёма-передачи.		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к размерам товара:					

Столик инструментальный М-7-1	720*448*860мм
Шкаф сушильный ШС-80	700х660х1000мм
Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-6 (габариты с упаковкой)	250*250*170мм
Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-9 (габариты с упаковкой)	290*290*170мм
Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-12 (габариты с упаковкой)	340*340*170мм
Коробка стерилизационная круглая с фильтром КФ-18 (габариты с упаковкой)	390*390*200мм
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка товара поставщиком. Разгрузка товара силами и средствами поставщика, предварительное извещение о поставке.
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в гарантийную эксплуатацию.
Объём предоставления гарантий качества товара	Объём гарантий качества - 100 %
Требования к обслуживанию товара	Специального обслуживания не требуется
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Дополнительных расходов на эксплуатацию товара не требуется
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.):	
Столик инструментальный М-7-1	Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ 16371-93 п.п.: 2.2.29, 2.2.30, 3.5; ГОСТ 19917-93 п.п.: 2.2.15, 3.5
Шкаф сушильный ШС-80	Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92 Рр. 3,4; ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р 50267.0.2.-95; ГОСТ Р 51350-99; ГОСТ Р 51318.14.1-99
Коробки стерилизационные круглые с фильтром КФ-6, 9, 12, 18	Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92 (Рр. 3, 4)
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты:	
Столик инструментальный М-7-1	Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ДМ29.В08278 Орган по сертификации мебели РОСС.RU.0001.11.ДМ.29 Некоммерческое партнёрство «Центр-мебельсертика»
Шкаф сушильный ШС-80	Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС ВУ.ИМ13.Н1751 Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11ИМ13 ООО «НПФ «Энергия –сервис» (ОС «Энергия-сервис») Регистрационное удостоверение МЗ РФ №2002/754
Коробки стерилизационные круглые с фильтром КФ-6, 9, 12, 18	Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.АЯ74.В31028 Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЯ74 ООО «Нижегородский центр сертификации» Регистрационное удостоверение № 29/18030302/2112-02
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Предложение поставщика прилагается

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Ед-ца измерения	Количество
16	1	Измеритель артериального давления ИАДМ-эконом с увеличенной манжетой	ЗАО «НПФ Ультрамед-Си» г. Москва	шт.	15
16	2	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08 Аксион-Х	ОАО «Аксион Концерн» г. Ижевск	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. Владимир, ул. Матросова, д.28-а Условия поставки товара: Доставка до склада получателя. Доставка до склада получателя - силами и средствами поставщика. Сроки поставки: До 20 сентября 2008 г.	
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты товара: Безналичный расчёт в рублях РФ. Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты товара: По счёту-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приёма-передачи.	
Безопасность товара	1. В соответствии с требованиями, установленными производителем товара	2. Класс II, тип ВF
Требования к размерам товара	Манжета увеличенная 62*17	2. 385*140*455мм
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара	
Требования к отгрузке товара	Доставка товара поставщиком. Разгрузка товара силами и средствами поставщика, предварительное извещение о поставке.	
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в гарантийную эксплуатацию.	
Объём предоставления гарантий качества товара	Объём гарантий качества - 100 %	
Требования к обслуживанию товара	Специального обслуживания не требуется	
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Дополнительных расходов на эксплуатацию товара не требуется	
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	1. Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ 6915-89; ГОСТ Р 51952.1-2002; ГОСТ Р 51952.2-2002	2. Соответствует требованиям нормативных документов Стандартов серии ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4); ГОСТ Р 50267.0-92; ГОСТ Р 50267.4-92; ГОСТ Р 50267.0.2-95
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	1. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.МЕ01.В04794 Орган по сертификации РОСС RU.0001.11МЕ01 Национальный сертификационный орган электрооборудования	2. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ИМ04.В05744 Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11ИМ04 Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП» Регистрационное удостоверение № 29/03051201/3339-02
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика:	Предложение поставщика прилагается	

5. ООО СП «Хиравейд», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.20-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
5	1	Стоматологическая стационарная установка Дипломат Адепт ДА 111 с пантографическим	Завод «Хирана-Дентал».	штука	2

		плечом и нижней подачей шлангов, столик врача на 4 инструмента (установлено 4): шланг с электрическим микро мотором с внутренним охлаждением (Bien Air), шланг турбинный с подсветкой, многофункциональный пистолет вода-воздух-спрей, ультразвуковой скалер Amdent, микро процессорное управление инструментами, негатоскоп, блок плевательницы и место ассистента (стеклянная съемная раковина с функцией ополаскивания, наполнение стаканчика, слюноотсос, автономная подача чистой воды на наконечники. Светильник «Сириус» бестеневой отражатель, регуляция освещенности.	Словакия.		
5	2	Кресло стоматологическое электромеханическое Д10Е (с одной программой, подголовник, левый подлокотник, диапазон подъема кресла с 460 мм до 810 мм).	Завод «Хирана-Дентал». Словакия.	штука	2
5	3	Компрессор безмасляный ДК 50-10С в шумопоглощающем шкафу. Объем ресивера – 10 литров. Производительность – 60 л/мин. Рабочее давление – 4,5 – 6 бар. Шум – 50дБ	Завод «Эком». Словакия.	штука	2
5	4	Стул врача с опорой для ног Д10Л	Завод «Хирана-Дентал». Словакия.	штука	2
5	5	Наконечник турбинный	Швейцария	штука	2
5	6	Наконечник угловой	Швейцария	штука	2
5	7	Наконечник прямой	Швейцария	штука	2
5	8	Лампа светодиодная беспроводная Д-2000 (Апоза)	Тайвань	штука	2

Место, условия и сроки поставки товара	МУЗ «Городская больница №2» г.Владимир, ул.Токарева, д.3. Срок поставки до 16 августа 2008 г. Доставка за счет поставщика.
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет в рублях РФ. Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. По счету-фактуре и товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к размерам товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к отгрузке товара	Товар поставляется в целых, ненарушенных упаковках, с целыми, с четкими надписями на упаковках, номеров, серий и сроков годности.
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня поставки.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	При выявлении брака, замена на качественный товар осуществляется в течение 5 дней со дня

	предъявления претензии.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Качество соответствует требованиям нормативных документов, соответствует национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения прилагаются при поставке товара. Организации, выдавшие сертификаты: автономная некоммерческая организация «Орган по сертификации «Дентек»; орган по сертификации информационно-сертификационного центра госстандарта России в г.Праге; автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП»; орган по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Поставляемый товар соответствует потребностям заказчика «Управление здравоохранения администрации г.Владимира».

6. ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Кол-во
4	4.1	Ионоселективный анализатор EusyLyte Na/K/Cl (Технические характеристики согласно приложения № 1 к настоящему техническому предложению)	Medica corp. США	шт	1
	4.2	Анализатор мочи на 12 параметров Clinitec Status (Технические характеристики согласно приложения № 2 к настоящему техническому предложению)	Baye, Германия	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Лот № 4 - МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3</p> <p>Условия поставки товара: Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа. Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Сроки поставки товара: – до 16 августа 2008г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара			Требования по безопасности – согласно требований производителя товара.		
Требования к размерам товара			Согласно требований производителя товара.		
Требования к упаковке товара			Согласно требований производителя товара.		
Требования к отгрузке товара			Согласно требований производителя товара.		
Срок предоставления гарантий качества товара			Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.		
Объем предоставления гарантий качества товара			100%		
Требования к обслуживанию товара			Согласно требований производителя товара.		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно требований производителя товара.		

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Имеется.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска оборудования – 2008.

7. ВГУП «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
12.	12.1	Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ Технические характеристики: Столик инструментальный передвижной, 2-х полочный тс двумя ручками, нержавейка, размер 712x448x893	ООО «Медснаб-груп» г. Москва	Шт.	14
12	12.2	Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ Технические характеристики: - потребляемая мощность, кВА, не более 2,2 - диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 0С 50-200 - предельное отклонение t0 в контрольных точках от t0 в опорной точке, 0С при t0 от +50 до 1200 С +_ 4 при t0 от +120 до 2000С +_6 - погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме, не более, 0С при t0 от +50 до 1200С +_4 при t0 от +120 до 2000С +_6 - время достижения установившегося режима, час 2 - время непрерывной работы, час, не более 16 -габариты, мм прибора (Ш*Г*В) 680x610x880 рабочей камеры (Ш*Г*В) 400x400x500 - масса, кг, не более 75	ОАО «Смоленское СКТЬ СПУ» г.Смоленск	Шт.	4
12.	12.3	Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-6 Технические характеристики: - срок сохранения стерильности – 20 суток	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК»	Шт.	27
12.	12.4	Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-9 Технические характеристики: - срок сохранения стерильности – 20 суток	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК»	Шт.	20
12.	12.5	Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-12 Технические характеристики: - срок сохранения стерильности – 20 суток	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК»	Шт.	21
12.	12.6	Коробка стерилизационная с фильтром КСКФ-18 Технические характеристики: - срок сохранения стерильности – 20 суток	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК»	Шт.	19

Место, условия и сроки поставки товара	МУЗ «Родильный дом № 1» г. Владимир
Форма, сроки и порядок оплаты товара	По факту поставки в течение 30 календарных дней. По счету-фактуре, товарно-транспортной накладной, акту пуска-наладки
Безопасность товара	Класс 1
Требования к размерам товара	В соответствии с паспортом изготовителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка производителя
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100%
Требования к обслуживанию товара	Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, послегарантийное обслуживание по согласованию с заказчиком
Требования к расходам на эксплуатацию товара	
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, паспорт изготовителя

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
14	14.1	<p>Многофункциональный ультразвуковой медицинский прибор для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований с компьютером и программным обеспечением «СОНОМЕД-325»</p> <p><u>Технические характеристики:</u></p> <p><u>Доплеровский модуль</u> Набор датчиков: 2,4,8 МГц Интенсивность излучения: 2 МГц < 1.0 мВт/мм (PW) 4 и 8 МГц < 0.4 мВт/мм (CW) Диапазон частот: 100 Гц – 20 кГц Фильтр ФВЧ: 100,200,400,800 Гц Частота построения: 5-16 кГц с шагом 1 кГц Глубина зондирования: 30-130 мм с шагом 1 мм Объем зондирования: 3-20 мм с шагом 1 мм Спектроанализатор: 64/128/256 FFT Отображение: программируемое количество выборок в зависимости от размера окна (максимальное – 512 выборок по 256 отчетов) Гамма-корректор: 32 цвета / оттенка Вычисление в реальном времени индексов (RI,PI,ISD,STI,HR) Вычисление в реальном времени кривых (Vs, Vd, Vave) Установка в реальном времени маркеров систолы / диастолы.</p> <p><u>Эхоэнцефалографический модуль</u> Набор датчиков: 1.0,1.5,2.0 МГц Интенсивность излучения: < 0.3 мВт/мм Разрешающая способность: с датчиком 1.0 МГц – 3.2 мм с датчиком 1.5 МГц – 2.4 мм с датчиком 2.0 МГц – 1.6 мм Режимы: А – эхограмма А+Р – эхограмма и пульсограмма А+А – трансмиссионный А+М – эхограмма и М-мода Число эхоэнцефалографических каналов: 2 <u>Компьютер</u></p>	ЗАО «Спектрмед»	комплект	один

	Компьютер Inter Pentium/Sb/SVGA/FDD/CD-ROM Операционная система: Windows NT/2000 Манипулятор: мышь, трекбол, функциональная клавиатура Монитор: 15"SVGA CRT/TFT Принтер: цветной струйный / лазерный			
Место, условия и сроки поставки товара		МУЗ «Детская городская больница N 1» г.Владимир, ул.Пушкина, дом 3		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		По факту поставки в течение 30 календарных дней По счету-фактуре, товарно-транспортной накладной, акту пуска-наладки		
Безопасность товара		класс I-ВТ		
Требования к размерам товара		В соответствии с паспортом изготовителя		
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка производителя		
Требования к отгрузке товара		Доставка и разгрузка товара силами поставщика		
Срок предоставления гарантий качества товара		12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию		
Объем предоставления гарантий качества товара		100 %		
Требования к обслуживанию товара		Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, послегарантийное обслуживание по согласованию с заказчиком		
Требования к расходам на эксплуатацию товара				
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)				
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, паспорт изготовителя		

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
15	15.1	Шкаф вытяжной профильный ШВ-102ПА без подвода воды Шкаф металлический, покрытый полимерной эпоксидной порошковой краской. Столешница-лабораторный пластик Alfa Ica (прессованный бумажно-слоистый пластик с двухсторонней глянцевой поверхностью), толщина 16 мм Каркас вытяжной камеры-алюминиевый профиль Вытяжная камера со вставками из конструкционной стали (0,8 мм) с окрашиванием. Вытяжка из рабочей зоны. Каркас рамы основания шкафа изготовлен из стальной трубы квадратного сечения 25 x 25 Основание шкафа-три тумбы с полками (металлические), ручки из нержавеющей стали. Регулируемые опоры позволяют скомпенсировать неровности пола. Подъемный экран из листового конструкционного оргстекла с фиксированной установкой на различной высоте (три положения), максимальная высота 700 мм Комплектация: -3 электророзетки на 220 В на передней панели,	ООО «Торнадо Трейд»	комплект	три

		-автомат отключения электропитания 16 А -патрубок для подключения к вентиляционной системе 200 мм -освещение камеры (светильник люминисцентный ЛПО69-4x20(18)-002ТУ208.1759-98 (4x18Вт) с выключателем на передней панели.			
Место, условия и сроки поставки товара		МУЗ «Детская городская больница № 1» г.Владимир, ул.Пушкина, дом 3			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		По факту поставки в течение 30 календарных дней По счету-фактуре, товарно-транспортной накладной, акту пуска-наладки			
Безопасность товара		Безопасен			
Требования к размерам товара		В соответствии с паспортом изготовителя			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка производителя			
Требования к отгрузке товара		Доставка и разгрузка товара силами поставщика			
Срок предоставления гарантий качества товара		12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию			
Объем предоставления гарантий качества товара		100 %			
Требования к обслуживанию товара		Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, послегарантийное обслуживание по согласованию с заказчиком			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		-			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		ГОСТ 16371-93			
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты		Сертификат соответствия РОСС RU.AE83.B15747, санитарно-эпидемиологическое заключение 16.11.05.561.П.001583.12.04, паспорт изготовителя Авторизация производителя			

8. ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
2	2.1	Концентратор кислорода с накопителем «Релайент» (Технические характеристики в соответствии с приложением №2.1)	Фирма «AIRSEP CORPORATION», США	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом</p>		

	аукционе Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 16 августа 2008 года)
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя.
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
6	6.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3 (автоклав). (Технические характеристики в соответствии с приложением №6.1)	ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании.</p>		

	Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом аукционе Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 20 сентября 2008 года)
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
7	7.1	Аквастилилятор АЭ-10 (Технические характеристики в соответствии с приложением №7.1)	ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов	шт.	1
	7.2	Аквастилилятор АДЭа-4(Технические характеристики в соответствии с приложением №7.2)	ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов	шт.	1
	7.3	Биноклярный микроскоп для клинической лаборатории XSZ 2103 (Технические характеристики в соответствии с приложением №7.3)	Фирма "Ningbo Sheng Heng Optic & Electronics Co.,Ltd", Китай	шт.	2
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки товара: В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск,		

	<p>наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании.</p> <p>Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом аукционе</p> <p>Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 16 августа 2008 года)</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
12	12.1	Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ(Технические характеристики в соответствии с приложением №12.1)	ООО «Медснаб-груп», Москва	шт.	14
	12.2	Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ(Технические характеристики в соответствии с приложением №12.2)	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Смоленск	Шт.	4

12.3	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-6 (Технические характеристики в соответствии с приложением №12.3)	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК», Россия	Шт.	27
12.4	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-9 (Технические характеристики в соответствии с приложением №12.4)	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК», Россия	Шт.	20
12.5	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-12 (Технические характеристики в соответствии с приложением №12.5)	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК», Россия	Шт.	21
12.6	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-18(Технические характеристики в соответствии с приложением №12.6)	ООО «Производственное предприятие «ОКА-МЕДИК», Россия	Шт.	19
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом аукционе</p> <p>Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 16 августа 2008 года)</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара		Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара		В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара		В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению		В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.		
Требования к отгрузке товара		В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара		Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.		
Объем предоставления гарантий качества товара		В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.		

Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
16	16.1	Прибор для измерения артериального давления АТ-12(Технические характеристики в соответствии с приложением №16.1)	Арехмед, Нидерланды (Китай)	шт.	15
	16.2	Дефибриллятор Fred EASY (Технические характеристики в соответствии с приложением №16.2)	Schiller, Швейцария	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом аукционе</p> <p>Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 20 сентября 2008 года)</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с		

	документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

9. ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
1.	1.1	Комплекс рентгенодиагностический APOLLO в комплекте с Машиной для проявления медицинских рентгеновских пленок Kodak - Kodak Medical X-ray Processor (MXP) 102	Фирма «Villa Sistemi Medical S.p.A.» Италия Carestream Health Inc., США, Мексика, ФРГ, Япония.	Шт.	1	12 месяцев
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, 5.</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями к предмету Муниципального контракта Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товаров предоставляются сертификаты качества товара, заверенные держателем подлинника сертификатов.</p> <p>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров в соответствии с Сертификатами качества.</p> <p>Сроки поставки товара: до 20 сентября 2008 года</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты товара: Безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней</p> <p>Порядок оплаты товара: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуско-наладки или приема-передачи.</p>			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			
Требования к размерам товара			Заводская упаковка			

Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	1 год (12 месяцев) с момента сдачи оборудования по качеству
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники № 99-08-000188 от 05 июня 2008 года. Действует на всей территории РФ. Оборудование выпущено в 2008 году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
2.	2.1	Концентратор медицинский кислородный «Релайент»	Фирма «AIRSEP CORPORATION», США	Шт.	1	12 месяцев
		Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская больница № 4», г.Владимир, ул. Каманина, д. 6.</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями к предмету Муниципального контракта Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товаров предоставляются сертификаты качества товара, заверенные держателем подлинника сертификатов.</p> <p>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров в соответствии с Сертификатами качества.</p> <p>Сроки поставки товара: до 16 августа 2008 года</p>			
		Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты товара: Безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней</p> <p>Порядок оплаты товара: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуско-наладки или приема-передачи.</p>			
		Безопасность товара	Соответствует нормам и правилам			
		Требования к размерам товара	Заводская упаковка			

Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	1 год (12 месяцев) с момента сдачи оборудования по качеству
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники № 99-08-000188 от 05 июня 2008 года. Действует на всей территории РФ. Оборудование выпущено в 2008 году.

10. ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
2	2.1	<p>Концентратор кислорода с накопителем «Релайент» Год выпуска: 2008 год Максимальная производительность 8л/мин. Давление кислорода 3,4 амм. Концентрация кислорода 90-95% Уровень шума на расстоянии 1м 58дб, электропитание 220Вт, 50гц, потребляемая мощность 730 Вт, Объем внешнего накопителя кислорода 227л «Релайент» 57x62x92см , накопитель 51x130см. в комплекте: Кислородный шланг 2,1 м НО051-1 – 1 шт Кислородный шланг 1,2 м НО051-2 – 1 шт Блок вентиля VA 147 -1 - 1 шт (с основной/резервной подачей кислорода) Бактериальный ФИЛЬТР FI 18-1 – 1 шт (на 8000 часов, 2-й год работы прибора) Фильтр (внешний)грубой очистки FO038-1 – 1 шт Фильтр (внутренний) грубой очистки FO039-1 – 1 шт Электрический предохранительFU 004-1 - 2 шт Расходомер FM025-1 – 1 шт Инструкция на русском языке</p>	«airSep» США	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место: МУЗ "Городская больница № 4", г.Владимир, ул.Каманина, д.б Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 16 августа 2008г.</p>		

Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи
Безопасность товара	В соответствии с требованиями нормативных документов
Требования к размерам товара	В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
6	6.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3 (автоклав) Год выпуска: 2008 год Объем стерилизационной камеры 100л, два режима стерилизации, наличие таймера, управление полуавтоматическое, удаление воздуха гравитационное, вакуумная сушка, внутренний диаметр стерилизационной камеры 400мм, комплектация КСК-18-4шт., напряжение 380В, 50Гц, переменный ток, потребляемая мощность 16кВт, габариты 1130*710*1500, масса 230 кг. Масса – 230 кг, - наличие теплоизоляционных чехлов на ручках кранов управления, что уменьшает риск получения ожогов в процессе эксплуатации прибора - шарнирное крепление двери на траверсе	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»	шт	1

Место, условия и сроки поставки товара	Место: МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 20 сентября 2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи
Безопасность товара	В соответствии с требованиями нормативных документов
Требования к размерам товара	В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
7	7.1	Аквастилилятор ДЭ-10 Год выпуска 2008 Производительность 10л/ч., питание переменный ток 380В, 50Гц, габаритные размеры 460*380*630, коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее 3000, время установления рабочего режима не более 30 мин., поддержание количества воды и отключение автоматическое, средняя наработка на отказ 3500 часов условно непрерывной работы. Снабжен системой автоматического отключения. Масса не более 35 кг.	ЗАО «Завод «ЭМО», г.Санкт-Петербург	шт	1
	7.2	Аквастилилятор АДэ-4			

	7.3	<p>Год выпуска 2008 Производительность 4л/ч, переменный ток 220В, 50Гц, удельный расход воды при 95 – 1л на 12,6л, средняя наработка на отказ 3500 часов условно непрерывной работы, поддержание количества воды и отключение автоматическое, габариты 252*320*550, масса 14 кг</p> <p>Бинокулярный микроскоп для клинической лаборатории Год выпуска 2008 Методы исследования: Светлое поле, темное поле Увеличение, крат: 40х-1600х Насадка: Тринокулярная с регулицией световых потоков окуляр-камера Револьверная головка: 4-гнездная с разворотом от наблюдателя Объективы: Ахроматы: 4х0,1 10х0,25 40х0,65 100х1,25МИ Широкопольные окуляры: 10х, 16х Линейное поле зрения: 18 мм Предметный столик: Прямоугольный с координатным перемещением 140х140 мм Конденсор: Конденсор Аббе NA=1.25, в осветителе реализован принцип Келлера Светофильтры: 2 сменных светофильтра Осветитель: 20 ватт/ 6 вольт Источник света: галогенная лампа с плавной регулировкой яркости Источник тока: 220 вольт/ 50-60 Гц Габаритные размеры: 345х250х475 мм Масса: 6 кг</p>	<p>ОАО «Медоборудование», г.Саранск</p> <p>ООО «Биомед» г.Санкт-Петербург</p>	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место: МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 16 августа 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи</p>			
Безопасность товара		В соответствии с требованиями нормативных документов			
Требования к размерам товара		В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками			
Требования к отгрузке товара		Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев			
Объем предоставления гарантий качества товара		В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии			
Требования к обслуживанию товара		Квалифицированными специалистами			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Согласно руководству по эксплуатации			

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
9	9.1	<p>Шкаф холодильный ШХ-080 МС Год выпуска 2008 Охлаждаемый объем, куб.м 0,8 Температура в охлаждаемом объеме, °С 0...+7 Род тока питания переменный однофазный</p> <p>Напряжение, В 220 Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч - 6,6 Тип изоляции закладная (пенопласт) Управление оттайкой полуавтомат Тип оттайки автомат <u>Габаритные размеры, мм:</u> Длина 1500 Ширина 750 Высота 1870 Масса (не более), кг 260</p>	Завод «Марихолодмаш» г.Йошкар-Ола	шт.	2
Место, условия и сроки поставки товара			Место: МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 16 августа 2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями нормативных документов		
Требования к размерам товара			В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками		
Требования к отгрузке товара			Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании		
Срок предоставления гарантий качества товара			Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев		
Объем предоставления гарантий качества товара			В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии		
Требования к обслуживанию товара			Квалифицированными специалистами		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно руководству по эксплуатации		

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
12	12.1	Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ Год выпуска 2008 год Столик инструментальный передвижной, 2-х полочный с двумя ручками, нержавейка, размер 720x448x860 Масса не более 10 кг Средний срок службы 10 лет Цвет каркаса белый	ООО «Медснаб- груп» г.Москва	шт	14
	12.2	Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ Год выпуска 2008 год Предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и других медицинских учреждениях. Шкаф имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индикацию текущей температуры. В комплект поставки входит одна полка. Питание: однофазная сеть переменного тока напряжением 220 -10% В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность, кВА, не более 2.2 Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 0С 500-200 Предельное отклонение t0 в контрольных точках от t0 в опорной точке, 0С при t0 от +50 до 1200С ±4 при t0 от +120 до 2000С ±6 Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режим, не более,)С при t0 от +50 до 1200С ±4 при t0 от +120 до 2000С ±6 Время достижения установившегося режима, час 2 Время непрерывной работы, час, не более 16 Габариты, мм 680*610*880 рабочей камеры (Ш*Г*В) 400*400*500 Масса, кг, не более 75	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» Г.Смоленск	шт	4

12.3	Коробка стерилизационная с фильтром СКФ-6 Срок сохранения стерильности - 20 суток Условный объем, дм 6,0 Масса, кг не более 2,25 Габариты (диаметр-высота) 250*165 Год изготовления 2008	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» Нижегородская обл., п.Досчатое	шт	27
12.4	Коробка стерилизационная с фильтром СКФ-9 Срок сохранения стерильности - 20 суток Условный объем, дм 9,0 Масса, кг не более 2,9 Габариты (диаметр-высота) 290*165 Год изготовления 2008	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» Нижегородская обл., п.Досчатое	шт	20
12.5	Коробка стерилизационная с фильтром СКФ-12 Срок сохранения стерильности - 20 суток Условный объем, дм 12,0 Масса, кг не более 3,45 Габариты (диаметр-высота) 340*165 Год изготовления 2008	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» Нижегородская обл., п.Досчатое	шт	21
12,6	Коробка стерилизационная с фильтром СКФ-18 Срок сохранения стерильности - 20 суток Условный объем, дм 18,0 Масса, кг не более 5,0 Габариты (диаметр-высота) 390*195 Год изготовления 2008	ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» Нижегородская обл., п.Досчатое	шт	19
Место, условия и сроки поставки товара		Место: МУЗ «Родильный дом №1» г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 1 Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 16 августа 2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи		
Безопасность товара		В соответствии с требованиями нормативных документов		
Требования к размерам товара		В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя		
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками		
Требования к отгрузке товара		Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании		
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев		

Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
13	13.1	ЛОП-установка «MODULA-EUROPA»	G.HEINEMAN N MEDIZINTEC HNIK GmbH, Германия	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			Место: МУЗ "Детская городская поликлиника", г.Владимир, Добросельская, д.34д Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 20 сентября 2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями нормативных документов		
Требования к размерам товара			В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками		
Требования к отгрузке товара			Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании		
Срок предоставления гарантий качества товара			Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев		
Объем предоставления гарантий качества товара			В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии		
Требования к обслуживанию товара			Квалифицированными специалистами		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно руководству по эксплуатации		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.		

Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.
--	---

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
15	15.1	<p>Шкаф вытяжной профильный ШВ-102ПА без подвода воды Год выпуска 2008 Шкаф металлический, покрытый полимерной эпоксидной порошковой краской. Столешница-лабораторный пластик Alfa Ica (прессованный бумажно-слоистый пластик с двухсторонней глянцевой поверхностью), толщина 16 мм Каркас вытяжной камеры-алюминиевый профиль Вытяжная камера со вставками из конструкционной стали (0,8 мм) с окрашиванием. Вытяжка из рабочей зоны. Каркас рамы основания шкафа изготовлен из стальной трубы квадратного сечения 25 x 25 Основание шкафа-три тумбы с полками (металлические), ручки из нержавеющей стали. Регулируемые опоры позволяют скомпенсировать неровности пола. Подъемный экран из листового конструкционного оргстекла с фиксированной установкой на различной высоте (три положения), максимальная высота 700 мм Комплектация: -3 электророзетки на 220 В на передней панели, -автомат отключения электропитания 16 А -патрубок для подключения к вентиляционной системе 200 мм -освещение камеры (светильник люминисцентный ЛПО69-4x20(18)-002ТУ208.1759-98 (4x18Вт) с выключателем на передней панели.</p>	ООО «Торнадо МЕД», г.Казань	шт	3
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место: МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3. Условие: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 20 сентября 2008г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи</p>		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями нормативных документов		

Требования к размерам товара	В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
16	16.1	Прибор для измерения артериального давления Механический, манжета (увеличенный размер с окружностью плеча 25-40 см) с внутренней латексной камерой, износостойкая капроновая, со стетофонендоскопом.	«AND» Япония	шт	15
	16.2	Дефибриллятор Primedic Defi-Monitor ECO-1 Год выпуска 2008 Портативный дефибриллятор со встроенным электрокардиографическим блоком. Жидкокристаллический экран с подсветкой для вывода электрокардиограммы. Акустическая и оптическая сигнализация готовности, самотест с опознаванием ошибок, 8 энергетических уровней (10 – 360 кДж) для каждого пациента. Время заряда до 360 Дж – 5 секунд. 3,30 часа непрерывного мониторинга по одной подзарядке. Запись кардиограммы через ЭКГ кабель или разрядные электроды 3-память на ЭКГ и данные 10 последних разрядов. Встроенный термопринтер с функцией «автопечать». Удароустойчивый корпус, защита от перегрузки, встроенные детские электроды. Около 70 разрядов при 360 Дж Размеры 42*12*42 см, вес – 8,5 кг	«MetraX» Германия	шт	1

	Монитор – 100x80 мм, диагональ 125 мм, разрешение – 320x240 пикселей			
Место, условия и сроки поставки товара	Место: МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Матросова, д.28-а Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 20 сентября 2008г.			
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи			
Безопасность товара	В соответствии с требованиями нормативных документов			
Требования к размерам товара	В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя			
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками			
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании			
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев			
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии			
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами			
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.			
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.			

11. ООО «РЕСПЕКТ», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, 2-а-5:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
№4 П.1	Анализатор электролитов крови (К,Na,Cl) АЗК-01 Полный автомат, встроенный термопринтер, срок службы электродов не менее одного года, автоматический контроль расхода растворов, память на 100 анализов, объем пробы 200 мкл, время анализа, включая промывку 60 с.	Кверти-мед, г.Уфа. Россия	штука	1

№4 П.2	<p>Анализатор мочи на 12 параметров Clinitek Status Производительность: 40 анализов в час (80 секунд на каждую тест-полоску). Объем памяти: 200 анализов в хронологическом порядке Технические характеристики: Управление прибором с большого сенсорного жидкокристаллического дисплея Вывод результатов анализа на дисплей и распечатка на встроенном термопринтере Наличие памяти (200 последних анализов в хронологическом порядке) Архивирование результатов: дата, номер анализа, информация о пациенте (идентификационный номер и фамилия) Не требует калибровки Наличие автономного питания (6 батареек по 1.5V) Спектр исследований: глюкоза, билирубин, рН-мочи, белок, кетоновые тела, относительная плотность мочи, уробилиноген, эритроциты, лейкоциты, нитриты и др. Размеры: 272x171x158 мм Масса: 1,66 кг</p>	Bayer Diagnostics (США)	штука	1
Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2». г.Владимир, Токарева, д.3. Доставка, разгрузка, производятся силами и средствами поставщика. Третий квартал до 16 августа 2008г.			
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет. Оплата в рублях. В течение 30 календарных дней по факту поставки товара Порядок оплаты по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.			
Безопасность товара	Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России			
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.			
Требования к упаковке товара	К поставке предлагается товар в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными производителем.			
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.			
Требования к хранению товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем.			
Срок предоставления гарантий качества товара	Не менее 12 месяцев со дня поставки			
Объем предоставления гарантий качества	100% в период гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.			
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.			
Соответствие национальным, региональным, между-народным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются при поставке товара			

Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	
---	--

№ лота	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Единица измерения	Количество
6 П.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3 Объем стерилизационной камеры 100л. два режима стерилизации, наличие таймера, управление полуавтоматическое, удаление воздуха гравитационное, вакуумная сушка, внутренний диаметр камеры 400мм. комплектация КСК-18-4 шт.. напряжение 380В. 50Гц, переменный ток, мощность 16кВт. габариты 1130*710*1500, масса 230 кг.	ТЗМОИ Россия,	штука	1
Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2». г.Владимир, Токарева, д.3. Доставка, разгрузка, производится силами и средствами поставщика. Третий квартал до 20 сентября 2008года			
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет. Оплата в рублях. В течение 30 календарных дней по факту поставки товара Порядок оплаты по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.			
Безопасность товара	Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России			
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.			
Требования к упаковке товара	К поставке предлагается товар в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными производителем.			
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.			
Требования к хранению товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем.			
Срок предоставления гарантий качества товара	Не менее 12 месяцев со дня поставки			
Объем предоставления гарантий качества	100% в период гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.			
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.			
Соответствие национальным, региональным, между-народным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются при поставке товара			
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика				

№ лот	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Единица измерения	Количество
7 п.1	Аквадистиллятор ДЭ-10 Производительность 10л/ч., питание переменный ток 380В, 50Гц, размеры 460*380*630, коэф-т очистки воды от радионуклидов 3000, время установления рабочего режима не более 30 мин., поддержание количества воды и отключение автоматическое, средняя наработка на отказ 3500 часов работы.	Электромедоборудование, Россия	шт	1
7 п.2	Аквадистиллятор АДЭа-4 Производительность 4л/ч. , питание переменный ток 220В. 50Гц. удельный расход воды при 95 -1л на 12.бл., размеры 252*320*550, поддержание количества воды и отключение автоматическое, средняя наработка на отказ 3500 часов работы, масса 14 кг	Медоборудование, Россия	шт	1
7 п.3	Биноккулярный микроскоп Биомед-6 Методы исследования: Светлое поле, темное поле Увеличение, крат: 40х-1600х, тринокулярная насадка с регулицией световых потоков окуляр-камера,4-х-гнездная револьверная головка с разворотом от наблюдателя, объективы: ахроматы: 4х0.1 10х0.25 40х0.65 100х1,25МИ Широкопольные окуляры: 10х, 16х; линейное поле зрения: 18 мм прямоугольный предметный столик с координатным перемещением 140х140 мм; конденсор Аббе NA= 1,25, в осветителе реализован принцип Келлера; 2 сменных светофильтра; осветитель: 20 ватт/ 6 вольт галогенная лампа с плавной регулировкой яркости; источник тока: 220 вольт/ 50-60 Гц Габаритные размеры: 300х 190х420 мм масса: 7 кг	БИОМЕД, Россия,	штука	2
Место, условия и сроки поставки товара		Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2». г.Владимир, Токарева, д.3. Доставка, разгрузка, производятся силами и средствами поставщика. Третий квартал до 16 августа 2008года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Безналичный расчет. Оплата в рублях. В течение 30 календарных дней по факту поставки товара Порядок оплаты по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара		Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России		
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.		
Требования к упаковке товара		К поставке предлагается товар в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными производителем.		
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.		
Требования к хранению товара		В соответствии с требованиями, установленными производителем.		
Срок предоставления гарантий качества		Не менее 12 месяцев со дня поставки		

Объем предоставления гарантий качества товара	100% в период гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Соответствие национальным, региональным, между-народным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются при поставке товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Единица измерения	Количество
12 п.1	Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ Столик инструментальный передвижной. 2-х полочный с двумя ручками, нержавейка, размер 712x448x893	Медснабгрупп, Россия	шт	14
12 п.2	Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ Предназначен для сушки посуды, шприцев, инструментов. Имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индикацию текущей температуры. В комплект поставки входит одна полка. Однофазное питание: переменного тока напряжением 220В/50 Гц.	Смоленское СКТБ СПУ, Россия	шт	4
12 п.3	Коробка стерилизационная с фильтром КФ-6	ДЗМО, Россия	шт	27
12 п.4	Коробка стерилизационная с фильтром КФ-9	ДЗМО, Россия	шт	20
12 п.5	Коробка стерилизационная с фильтром КФ-12	ДЗМО, Россия	шт	21
12 п.6	Коробка стерилизационная с фильтром КФ-18	ДЗМО, Россия	штука	19
Место, условия и сроки поставки товара		Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом № 1». г.Владимир, Константино-Еленинский, д.1, Доставка, разгрузка, производится силами и средствами поставщика. Третий квартал до 16 августа 2008года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Безналичный расчет. Оплата в рублях. В течение 30 календарных дней по факту поставки товара Порядок оплаты по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара		Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России		
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.		
Требования к упаковке товара		К поставке предлагается товар в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными		
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.		

Требования к хранению товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем.
Срок предоставления гарантий качества товара	Не менее 12 месяцев со дня поставки
Объем предоставления гарантий качества товара	100% в период гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Соответствие национальным, региональным, между-народным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются при поставке товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Единица измерения	Количество
15 п.1	<p>Шкаф вытяжной профильный ШВ-102ПА без подвода воды</p> <p>Шкаф металлический, покрытый полимерной эпоксидной порошковой краской.</p> <p>Столешница-лабораторный пластик Alfa lea (прессованный бумажно-слоистый пластик с двухсторонней глянцевой поверхностью), толщина 16 мм</p> <p>Каркас вытяжной камеры-алюминиевый профиль</p> <p>Вытяжная камера со вставками из конструкционной стали (0.8 мм) с окрашиванием.</p> <p>Вытяжка из рабочей зоны.</p> <p>Каркас рамы основания шкафа изготовлен из стальной трубы квадратного сечения 25 х 25</p> <p>Основание шкафа-три тумбы с полками (металлические), ручки из нержавеющей стали.</p> <p>Регулируемые опоры позволяют скомпенсировать неровности пола.</p> <p>Подъемный экран из листового конструкционного оргстекла с фиксированной установкой на различной высоте (три положения), максимальная высота 700 мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 электророзетки на 220 В на передней панели. -автомат отключения электропитания 16 А -патрубок для подключения к вентиляционной системе 200 мм -освещение камеры (светильник люминесцентный ЛПО69-4х20(18)-002ТУ208.1759-98 (4х 18Вт) с выключателем на передней панели. 	Торнадомед, Россия	шт	3

Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки товара: МУЗ «Детская городская больница №1». г.Владимир, ул.Пушкина, д.3, Доставка, разгрузка, производятся силами и средствами поставщика. Третий квартал до 20 сентября 2008года
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет. Оплата в рублях. В течение 30 календарных дней по факту поставки товара Порядок оплаты по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.
Требования к упаковке товара	К поставке предлагается товар в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными производителем.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.
Требования к хранению товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем.
Срок предоставления гарантий качества товара	Не менее 12 месяцев со дня поставки
Объем предоставления гарантий качества товара	100% в период гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Соответствие национальным, региональным, между-народным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются при поставке товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Единица измерения	Количество
16 п.1	Прибор для измерения артериального давления АД Механический, манжета (увеличенный размер с окружностью плеча 25-40 см) с внутренней латексной камерой, износостойкая капроновая, со стетофонендоскопом.	A&D, Япония	шт	15
16 п.2	Дефибриллятор PRIMEDIC DEFIMONITOR ECO-1 технические характеристики в приложении №1	METRAX	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара		Место поставки товара: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи». г.Владимир, ул.Матросова, д.28-а, Доставка, разгрузка, производятся силами и средствами поставщика. Третий квартал до 20 сентября 2008года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Безналичный расчет. Оплата в рублях. В течение 30 календарных дней по факту поставки товара Порядок оплаты по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		

Безопасность товара	Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.
Требования к упаковке товара	К поставке предлагается товар в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными производителем.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.
Требования к хранению товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем.
Срок предоставления гарантий качества товара	Не менее 12 месяцев со дня поставки
Объем предоставления гарантий качества товара	100% в период гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем.
Соответствие национальным, региональным, между-народным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются при поставке товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

12. ООО НПП «Лим», 603155, г.Нижегород, а/я 24:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
2	1	Концентратор кислорода с накопителем Reliant «Релайент»	«Airsep» США	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Городская больница № 4» г. Владимир ул. Команина д. 6		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, без аванса, по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней после поставки всего оборудования и выставления счета-фактуры, оплата в рублях.		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к размерам товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Требования к отгрузке товара			До 16 августа 2008 года		
Срок предоставления гарантий качества товара			12 месяцев		
Объем предоставления гарантий качества товара			Гарантийный срок не менее, установленного производителем товара.		
Требования к обслуживанию товара			Не требуются		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Не требуются		

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ. Наличие сертификата соответствия.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Регистрационное удостоверение

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
5	1	Стоматологическая установка 868-А-В1 функциональные характеристики согласно приложению №2	«SUNDARB» Китай	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Городская больница № 2» г. Владимир ул. Токарева д.3		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, без аванса, по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней после поставки всего оборудования и выставления счета-фактуры, оплата в рублях.		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к размерам товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Требования к отгрузке товара			До 16 августа 2008 года		
Срок предоставления гарантий качества товара			12 месяцев		
Объем предоставления гарантий качества товара			Гарантийный срок не менее, установленного производителем товара.		
Требования к обслуживанию товара			Не требуются		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Не требуются		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствие стандартам ГОСТ. Наличие сертификата соответствия.		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты			Наличие сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений.		
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика			Регистрационное удостоверение		

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
17	1	Стоматологическая установка 868-А-А1 Функциональные характеристики согласно приложению №3	«SUNDARB» Китай	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» г. Владимир ул. Егорова д.10-б		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, без аванса, по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней после поставки всего оборудования и выставления счета-фактуры, оплата в рублях.		

Безопасность товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к размерам товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к отгрузке товара	До 20 сентября 2008 года
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	Гарантийный срок не менее, установленного производителем товара.
Требования к обслуживанию товара	Не требуются
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуются
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ. Наличие сертификата соответствия.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Регистрационное удостоверение

13. ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
5	1.	Стоматологическая стационарная установка Adept ДА 111 (технические характеристики согласно Приложения № 5 к информационной карте)	Chirana-Dental s.r.o., Словакия	шт.	2
13	2.	ЛОП-установка «MODULA-EUROPA Variant» (технические характеристики согласно Приложения № 13 к информационной карте)	Фирма G.HEINEMANN MEDIZINTECHNIK GmbH, Германия	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки товара: Лечебно-профилактические учреждения г.Владимира (в соответствии с Информационной картой) Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Срок поставки: поставка товара по лоту № 5- до 16 августа 2008г., по лоту № 13- до 20 сентября 2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма оплаты: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней при поступлении счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, акту пуска-наладки или приема-передачи в бухгалтерию.		
Безопасность товара			Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается		

	приложенными копиями сертификатов). Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика
Срок предоставления гарантий качества товара	Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год.
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантии в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмами МЗ РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Сертификаты и регистрационные удостоверения прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008. Технические характеристики предлагаемого оборудования, соответствуют требованиям заказчика, предоставлены в приложениях.

14. ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
2		Концентратор медицинский кислородный «Релайент»	AIRSEP CORPORATION, USA	ШТ.	1
11		Кресло гинекологическое-урологическое электромеханическое «Клер» КГЭМ-01	ООО НПФ «Дентофлекс», Россия	ШТ.	6
13		Оборудование медицинское для кабинета врача-оториноларинголога MODULA, модель MODULA-EUROPA	«G. Heinemann Medizintechnik GmbH» (Гамбург, Германия).	ШТ.	1
Место поставки товара		Лот № 2 - МУЗ "Городская больница № 4", г. Владимир, ул. Каманина, д.6 Лот № 11 - МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 1 Лот № 13- МУЗ "Детская городская поликлиника", г. Владимир, Добросельская, д.34			
Условия поставки товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. в соответствии с требованиями Заказчика и аукционной документации. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по			

Сроки поставки товара	<p>работе на поставляемом оборудовании Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию. Лот № 2 до 16 августа 2008г. Лот № 11 до 16 августа 2008г. Лот № 13 до 20 сентября 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты товара: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты товара: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи</p>
Безопасность товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к размерам товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, 12 месяцев.
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока. В наличии гарантийное письмо производителя. Всё оборудование, предлагаемое к поставке, является новым, не бывшим в эксплуатации, год выпуска 2008.
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями и регламентом, установленными производителем товара
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ. В наличии сертификаты соответствия Госстандарта России. ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50662.0-94,ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 В наличии регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития РФ
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	В наличии сертификат соответствия и регистрационное удостоверение.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	<p>В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования, руководства по эксплуатации предлагаемого оборудования. Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика. По окончании пуско-наладочных работ, оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию. Поставщик при поставке представляет полный комплект оборудования, включая эксплуатационную и установочную документацию на русском языке. Проводит инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.</p>

2. Поскольку по лоту № 3 не подано ни одной заявки на участие в аукционе и по лотам №№1,9,14,17 подано по одной заявке на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, №94 - ФЗ), аукцион по лотам №№ 1,3,9,14,17 признан несостоявшимся.

3. **Комиссия рассмотрела** заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), и **приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Результаты голосования
1.	ООО Внешнеэкономическая Дистрибьютерская фирма «Акцепт», 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.12;	8,10,11	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
2.	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15 а, оф.101-3;	8,10,11	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
3.	ООО МТЦ «Медмарк-Сервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.22-а;	8	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
6.	ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44;	4	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
8.	ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9	2,6,7,12	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
9.	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;	1,2	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
10.	ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д. 54	2,6,9,13,15	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
13.	ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203	5,13	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
14.	ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501	2,13	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

3.2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
4.	ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г.Москва, ул.2-ая Бауманская, д.7, стр.1-а;	6,7,12,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона в условиях поставки не указано пуск, наладка поставляемого оборудования по лотам №№6,7,12,16. Технические характеристики поставляемого оборудования не соответствуют заявленным: по лоту № 7 п.7.1. в технической характеристике по позиции: габаритные размеры 460x380x630 – заявлено 665x275x620; в технической характеристике по п.7.3. по позициям «прямоугольный с координатным перемещением 140x140 мм» - заявлено 125x115; «конденсор Аббе NA=1.25» - заявлено =1,20; «габаритные размеры 300x190x420мм» - заявлено 260x160x360; в технической характеристике по лоту № 12 п.12.1. по позиции «размер 712x448x893» - заявлено 720-448x860; в технической характеристике по п.12.2. по позициям «погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме, не более, С при t от +50 до 1200С ±4 – заявлено ±3, при t от +120 до 2000С ±6 – заявлено ±3; «габариты, мм прибора 680x610x880» - заявлено 700x660x1000; отсутствуют позиции «потребляемая мощность, кВт, не более 2,2», «время непрерывной работы, час, не более 16»; в технической характеристике по лоту № 16 п.16.1. по позиции «манжета (увеличенный размер с окружностью плеча 25-40 см) – заявлено 62-17 см; в технической характеристике по п.16.2.: отсутствуют позиции «режим работы: синхронизированная/асинхронная, внешняя дефибрилляция», по позиции «время зарядки 1с (100 Дж), 5 с (360 Дж) – заявлено не более 5 с – 200 Дж, не более 10 с – 360 Дж.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
5.	ООО СП «Хиратрейд», 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.20-а;	5	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона в условиях поставки не указано пуск, наладка поставляемого оборудования, технические характеристики поставляемое оборудование не соответствуют заявленным: отсутствуют позиции «б режимов ожидания, таймер, индикация низкого уровня заряда батареи, режим ожидания, возможность работы в проводном и беспроводном вариантах»
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
7.	ВГУП «Медтехника», г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а;	12,14,15	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона: по лотам №№ 12,14,15 в условиях поставки не указано пуск, наладка поставляемого оборудования, технические характеристики поставляемое оборудование не соответствуют заявленным: лот № 14 отсутствуют все позиции «возможности» предлагаемого прибора.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
8.	ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9	16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п.3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона: технические характеристики поставляемого оборудования по лоту №16 п. 16.2. полностью не соответствуют заявленным.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
10.	ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д. 54	7,12,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п.3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона: в технической характеристике по лоту № 7 п.7.3. по позиции «габаритные размеры 300x190x420 мм» - заявлено 345x250x475; техническое предложение не соответствует технической характеристике по лоту № 12 п.12.1. по позиции «размер 712x448x893» - заявлено 720-448x860; в технической характеристике по лоту № 16 п.16.2.: отсутствуют позиции «сетевое напряжение, бортовое напряжение и аккумуляторное», «режим работы: синхронизированная/асинхронная, внешняя дефибриляция», «разряды: 60 по 360 Дж при 20°, 30 по 360 Дж при 0°».
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
11.	ООО «РЕСПЕКТ», г.Владимир, ул.Суздальская, 2-а-5;	4,6,7,12,15,16	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п.3, п. 8 Информационной карты

			открытого аукциона: лоты №№ 4,6,7,12,15,16 отсутствуют условия «пуск, наладка»; в технической характеристике по лот № 4 п.4.2. отсутствует позиция «работа от сети переменного тока»; по позиции «автоматическая калибровка» – заявлено «не требует калибровки»; отсутствуют условия «пуск, наладка; в технической характеристике по лот № 12 п.12.2. не указаны показатели по позиции «погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме, не более, С при t от +50 до 1200С ±4, при t от +120 до 2000С ±6»; отсутствуют позиции «время непрерывной работы, час, не более 16», «масса, кг, не более 75».
--	--	--	--

Результаты голосования:

«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н.
«ПРОТИВ» - нет

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
12.	ООО НПП «Лим», 603155, г.Нижний Новгород, а/я 24;	2,5,17	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п.3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона: отсутствуют условия «пуск, наладка»; расчет в течение 30 календарных дней – заявлено «10 рабочих дней»; в технической характеристике по лоту № 2 отсутствуют позиции - электропитание 220Вт, 50 гц, потребляемая мощность 730 Вт, «Релейнт» 57x62x92 см, накопитель 51x130 см; инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании входит в условия поставки – заявлено «инструктаж по дополнительному договору»; по лоту № 5 отсутствуют позиции «шланг с электрическим мотором с внутренним охлаждением Bien Air», «шланг турбинный с подсветкой», «микропроцессорное управление инструментами», не указан диапазон подъема кресла, отсутствуют «объем ресивера- 10 л», «рабочее давление – 4,5-6 бар», «шум – 50 дБ», «индикация низкого уровня заряда батареи, режим ожидания, возможность работы в проводном и беспроводном вариантах»; по лоту № 17 отсутствуют позиции столик врача «с нижней подачей шлангов на пантографическом плече», «световая индикация», «столик врача на пантографе», «двухуровневая педаль», «цвет кресла, стула врача и стула стоматолога – бирюза», по позиции «Турбинный наконечник 4-х канальный» - заявлено 2-х канальный.

Результаты голосования:

«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шibaева М.Н.
«ПРОТИВ» - нет

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
14.	ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501	11	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п.3, п. 8 Информационной карты открытого аукциона: по лоту № 11 по позициям «угол наклона тазовой секции 0°-45°» - заявлено 0°-14°, «привод ... угол наклона -25°-+25°» - заявлено 0°+ 22°.
Результаты голосования:			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Романов А.Н., Шибеева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе по лотам №№14,16,17 и о допуске к участию в аукционе по лотам №№1,4,5,7,9,12,15 по одному участнику размещения заказа и признании участником аукциона по лотам №№ 1,4,5,7,9,12,15 одного участника размещения заказа:

Лот № 1 - ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;

Лот № 4 - ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44;

Лот № 5 - ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;

Лоты №№ 7,12 - ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;

Лоты №№ 9,15 - ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д. 54,

в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 1,4,5,7,9,12,14,15,16,17 признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона по:

Лоту № 1 - ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;

Лоту № 4 - ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44;

Лоту № 5 - ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;

Лотам №№ 7,12 - ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;

Лотам №№ 9,15 - ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д. 54,

на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по лотам №№ 1,4,5,7,9,12,15 по начальной (максимальной) цене по лотам №№ 1,4,5,7,9,12,15 указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной со следующими участниками аукциона:

Лоту № 1 - ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;

Лоту № 4 - ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44;

Лоту № 5 - ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;

Лотам №№ 7,12 - ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;

Лотам №№ 9,15 - ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д. 54,

не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей) по:

лоту № 1 - 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей);

лоту № 4 - 147 000,00 руб. (Сто сорок семь тысяч рублей);

лоту № 5 - 660 000,00 руб. (Шестьсот шестьдесят тысяч рублей);

лоту № 7 - 82 000,00 руб. (Восемьдесят две тысячи рублей);

лоту № 9 - 80 000,00 руб. (Восемьдесят тысяч рублей);

лоту № 12 - 192 195,00 руб. (Сто девяносто две тысячи сто девяносто пять рублей);

лоту № 15 - 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей)

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

Лот № 1 - ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149:

Цена муниципального контракта: лот № 1 - 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей)

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
1.	1.1	Комплекс рентгенодиагностический APOLLO в комплекте с Машиной для проявления медицинских рентгеновских пленок Kodak - Kodak Medical X-ray Processor (MXP) 102	Фирма «Villa Sistemi Medical S.p.A.» Италия Carestream Health Inc., США, Мексика, ФРГ, Япония.	Шт.	1	12 месяцев
Место, условия и сроки поставки товара			<p><u>Место поставки товара:</u> МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, 5.</p> <p><u>Условия поставки товара:</u> В соответствии с требованиями к предмету Муниципального контракта Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрации удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товаров предоставляются сертификаты качества товара, заверенные держателем подлинника сертификатов. Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров в соответствии с Сертификатами качества. <u>Сроки поставки товара:</u> до 20 сентября 2008 года</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p><u>Форма оплаты товара:</u> Безналичный расчет в рублях РФ. <u>Сроки оплаты товара:</u> Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней <u>Порядок оплаты товара:</u> По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуско-наладки или приема-передачи.</p>			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			
Требования к размерам товара			Заводская упаковка			
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к отгрузке товара			Доставка до конечного получателя			
Срок предоставления гарантий качества товара			1 год (12 месяцев) с момента сдачи оборудования по качеству			
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме			
Требования к обслуживанию товара			В соответствии с требованиями производителя			
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно нормативной документации			

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники № 99-08-000188 от 05 июня 2008 года. Действует на всей территории РФ. Оборудование выпущено в 2008 году.

Лот № 4 - ООО «Лабмед», 600022, г.Владимир, проспект Ленина, д.44:

Цена муниципального контракта: лот № 4 - 147 000,00 руб. (Сто сорок семь тысяч рублей);

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Кол-во
4	4.1	Ионоселективный анализатор EusyLyte Na/K/Cl (Технические характеристики согласно приложения № 1 к настоящему техническому предложению)	Medica corp. США	шт	1
	4.2	Анализатор мочи на 12 параметров Clinitec Status (Технические характеристики согласно приложения № 2 к настоящему техническому предложению)	Baye, Германия	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Лот № 4 - МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3</p> <p>Условия поставки товара: Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа. Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Сроки поставки товара: – до 16 августа 2008г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара			Требования по безопасности – согласно требований производителя товара.		
Требования к размерам товара			Согласно требований производителя товара.		
Требования к упаковке товара			Согласно требований производителя товара.		
Требования к отгрузке товара			Согласно требований производителя товара.		
Срок предоставления гарантий качества товара			Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.		
Объем предоставления гарантий качества товара			100%		
Требования к обслуживанию товара			Согласно требований производителя товара.		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно требований производителя товара.		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствует.		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			Имеется.		
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика			Год выпуска оборудования – 2008.		

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
5	1.	Стоматологическая стационарная установка Adept ДА 111 (технические характеристики согласно Приложения № 5 к информационной карте)	Chirana-Dental s.r.o., Словакия	шт.	2
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Лечебно-профилактические учреждения г.Владимира (в соответствии с Информационной картой)</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании.</p> <p>Срок поставки: поставка товара по лоту № 5-до 16 августа 2008г.,</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: Безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней при поступлении счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, акту пуска-наладки или приема-передачи в бухгалтерию.</p>		
Безопасность товара			Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов). Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала		
Требования к размерам товара			В соответствии с заявленными предприятием изготовителем		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.		
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к отгрузке товара			Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика		
Срок предоставления гарантий качества товара			Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год.		
Объем предоставления гарантий качества товара			100% гарантии в течение всего гарантийного срока		
Требования к обслуживанию товара			Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмами МЗ РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			В соответствии с требованиями		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствие стандартам ГОСТ		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Сертификаты и регистрационные удостоверения		

	прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008. Технические характеристики предлагаемого оборудования, соответствуют требованиям заказчика, предоставлены в приложениях.

Лот № 7 - ООО «Дельта плюс», 600022, г. Владимир, ул. В. Дуброва, д. 9:

Цена муниципального контракта: лот № 7 - 82 000,00 руб. (Восемьдесят две тысячи рублей)

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
7	7.1	Аквадистилятор АЭ-10 (Технические характеристики в соответствии с приложением №7.1)	ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов	шт.	1
	7.2	Аквадистилятор АДЭа-4(Технические характеристики в соответствии с приложением №7.2)	ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов	Шт.	1
	7.3	Биноклярный микроскоп для клинической лаборатории XSZ 2103 (Технические характеристики в соответствии с приложением №7.3)	Фирма "Ningbo Sheng Heng Optic & Electronics Co.,Ltd", Китай	Шт.	2
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании. Товар поставляется в ненарушенной упаковке. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом аукционе</p> <p>Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 16 августа 2008 года)</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления		

	гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

Лот № 9- ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54:

Цена муниципального контракта: лот № 9 - 80 000,00 руб. (Восемьдесят тысяч рублей)

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
9	9.1	<p>Шкаф холодильный ШХ-080 МС Год выпуска 2008 Охлаждаемый объем, куб.м 0,8 Температура в охлаждаемом объеме, °С 0...+7 Род тока питания переменный однофазный</p> <p>Напряжение, В 220 Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч - 6,6 Тип изоляции закладная (пенопласт) Управление оттайкой полуавтомат Тип оттайки автомат <u>Габаритные размеры, мм:</u> Длина 1500 Ширина 750 Высота 1870 Масса (не более), кг 260</p>	<p>Завод «Марихолодмаш» г.Йошкар-Ола</p>	шт.	2
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место: МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Сроки: до 16 августа 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма: Безналичный расчет в рублях РФ. Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи</p>			
Безопасность товара		В соответствии с требованиями нормативных документов			
Требования к размерам товара		В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками			
Требования к отгрузке товара		Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на			

	поставляемом оборудовании
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.
Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.

Лот № 12 - ООО «Дельта плюс», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9:

Цена муниципального контракта: лот № 12 - 192 195,00 руб. (Сто девяносто две тысячи сто девяносто пять рублей)

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
12	12.1	Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ(Технические характеристики в соответствии с приложением №12.1)	ООО «Медснаб-груп», Москва	шт.	14
	12.2	Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ(Технические характеристики в соответствии с приложением №12.2)	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Смоленск	Шт.	4
	12.3	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-6 (Технические характеристики в соответствии с приложением №12.3)	ООО «Производственное предприятие «ОКА- МЕДИК», Россия	Шт.	27
	12.4	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-9 (Технические характеристики в соответствии с приложением №12.4)	ООО «Производственное предприятие «ОКА- МЕДИК», Россия	Шт.	20
	12.5	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-12 (Технические характеристики в соответствии с приложением №12.5)	ООО «Производственное предприятие «ОКА- МЕДИК», Россия	Шт.	21
	12.6	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-18(Технические характеристики в соответствии с приложением №12.6)	ООО «Производственное предприятие «ОКА- МЕДИК», Россия	Шт.	19
Место, условия и сроки поставки товара			<p><u>Место поставки товара:</u> В ЛПУ г.Владимира в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p><u>Условия поставки товара:</u> Доставка и разгрузка товара силами Поставщика В соответствии с сертификатами качества. Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Руководство по технической эксплуатации (паспорт) и технические</p>		

	<p>документации на русском языке предоставляются при поставке оборудования. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании.</p> <p>Товар поставляется в ненарушенной упаковке.</p> <p>Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения МЗ РФ. Комплектация в соответствии с документацией об открытом аукционе</p> <p>Сроки поставки товара: в соответствии с документацией об аукционе (до 16 августа 2008 года)</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет в рублях РФ в течение 30 календарных дней по факту поставки товара и в порядке предоставления счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (торг 12) оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей и фармакопейными статьями.
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества на оборудование, предлагаемое к поставке – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта и сроком, установленным производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Все оборудование новое – произведено в 2008г.
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %) в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и предоставляются при поставке.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

Лот № 15 - ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54:

Цена муниципального контракта: лот № 15 - 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч рублей);

№ лота	№ п/п	Наименование товара и функциональные характеристики	Производитель	Единица измерения	Количество
15	15.1	<p>Шкаф вытяжной профильный ШВ-102ПА без подвода воды</p> <p>Год выпуска 2008</p> <p>Шкаф металлический, покрытый полимерной эпоксидной порошковой краской.</p> <p>Столешница-лабораторный пластик Alfa Ica (прессованный бумажно-слоистый пластик с двухсторонней глянцевой поверхностью), толщина 16 мм</p> <p>Каркас вытяжной камеры-алюминиевый профиль</p>	<p>ООО «Торнадо МЕД», г.Казань</p>	шт	3

	<p>Вытяжная камера со вставками из конструкционной стали (0,8 мм) с окрашиванием.</p> <p>Вытяжка из рабочей зоны.</p> <p>Каркас рамы основания шкафа изготовлен из стальной трубы квадратного сечения 25 x 25</p> <p>Основание шкафа-три тумбы с полками (металлические), ручки из нержавеющей стали.</p> <p>Регулируемые опоры позволяют скомпенсировать неровности пола.</p> <p>Подъемный экран из листового конструкционного оргстекла с фиксированной установкой на различной высоте (три положения), максимальная высота 700 мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 электророзетки на 220 В на передней панели, -автомат отключения электропитания 16 А -патрубок для подключения к вентиляционной системе 200 мм -освещение камеры (светильник люминисцентный ЛПО69-4x20(18)-002ТУ208.1759-98 (4x18Вт) с выключателем на передней панели. 			
Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место: МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3.</p> <p>Условия: Пуск, наладка, гарантийное обслуживание.</p> <p>Сроки: до 20 сентября 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма: Безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи</p>			
Безопасность товара	В соответствии с требованиями нормативных документов			
Требования к размерам товара	В соответствии с установленными нормами завода-изготовителя			
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками			
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании			
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев			
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии			
Требования к обслуживанию товара	Квалифицированными специалистами			
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно руководству по эксплуатации			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует всем стандартам ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.			

Информация о наличии сертификатов соответствия товара требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.
--	---

6. Процедуру проведения аукциона по лотам №№ 2,6,8,10,11,13 назначить на **10 ч 30 мин. по московскому времени 05 августа 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И.Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибеева
Представитель заказчика:	_____	Л.Н. Пищулина