ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 2 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 10 июня 2008 г. в 9 ч.30 мин. по московскому времени, дата проведения аукциона - 17 июня 2008г. в 10 ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

В приложение №22 к информационной карте, т.е. в технических характеристиках на экспресс-анализатор кардиомаркеров прописан портативный принтер, размеры которого один в один совпадают с самим, нами предлагаемым экспресс –анализатором **кардиомаркеров Cobas h 232** , а именно 275мм х 102мм х 55мм.

По информации **ЗАО «РОШ-МОСКВА»,** которое является представителем производителя в России, предполагается, что прибор экспресс – анализатор **кардиомаркеров Cobas h 232** будет работать вместе с принтером австрийской фирмы "GEbe", которая специализируется на выпуске самых разных термопринтеров, в том числе, имеющих инфракрасный порт получения данных. Но переговоры с австрийцами находятся в самой предварительной стадии и окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Кроме того, австрийский принтер, если будет принято решение его использовать, нужно будет еще сертифицировать в России, т.е. по времени это еще очень и очень не скоро ..Московская фирма «Альфа-Диагностика», которая так же продаёт данный экспресс-анализатор на Российском рынке, пыталась совместить продающиеся у нас в России термопринтеры с экспресс – анализатором **кардиомаркеров Cobas h 232** ,но ничего не получилось из-за нестыковки настроек принтера и закодированного сигнала самого прибора, который выдается через инфракрасный порт на печать.

Ответ:

- Размеры 275мм*102мм*55мм соответствуют портативному экспресс-анализатору кардиомаркеров.
- Портативный принтер – опция.