

**Техническое задание для  
операционного стола STARTECH 3008С в комплекте**

<b>№ п/п</b>	<b>Критерий</b>	<b>Технические требования</b>	<b>Предлагаемые характеристики</b>
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие	
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие	
1.3	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие	
1.4	Наличие авторизованного сервисного центра в Нижегородской области.	Наличие	
1.5	Оригинал авторизационного письма производителя выданный на данный проект с указанием конкретных моделей оборудования	Наличие	
1.6	Хирургический стол для общей хирургии	Универсальный, многофункциональный, механо-гидравлический операционный стол для общей хирургии. обеспечивает гибкую и точную настройку положения.	
1.7	Гарантия	Не менее 18 месяцев	
<b>2. Регулировки стола</b>			
2.1	Подъем опускание	Механо-гидравлическое управление	
2.2	Боковые наклоны	Механо-гидравлическое управление	
2.3	Тренделенбург/Антитренделенбург	Механо-гидравлическое управление	
2.4	Подъем опускание спинной (тазовой) секции	Механо-гидравлическое управление	
2.5	Головная секция	Вручную	
2.6	Ножная секция	Вручную	
2.7	Столешница	Не менее 8-и секций	
2.8	Рентгенопрозрачность столешницы	Полностью рентгенопрозрачна	
2.9	Ножная секция раздвоенная, съемная	Наличие	

2.10	Съемная головная секция, размер	Наличие, 280x450 мм	
2.11	Управление с помощью рукояток	Наличие	
2.12	4-х колесная база	Наличие	
2.13	Возможность фиксации основания	Наличие	
2.14	Покрытие стола	Съемное, рентгенопрозрачное, дезинфицируемое,	
2.15	Основание и направляющая колонна стола сделаны из нержавеющей стали	Наличие	
<b>3. Технические данные</b>			
3.1	Регулировка по высоте	Не более 800 мм (минимальная высота)/ не менее 1050 мм (максимальная высота)	
3.2	Угол наклона в обе стороны	Не менее 15 градусов	
3.3	Тренделенбург/ Антитренделенбург	Не менее 35/25 градусов	
3.4	Угол регулировки спинной секции	Не менее 80 градусов вверх/не менее 40 градусов вниз относительно горизонта	
3.5	Угол регулировки ножной секции	Не менее 90 градусов вниз/ не менее 45 градусов вверх	
3.6	Разведение ножной секции	180 градусов	
3.7	Угол регулировки головной секции	Не менее 45 градусов вверх/не менее 90 градусов вниз	
3.8	Управление почечного валика	Механическое, ручка с фиксатором	
3.9	Высота подъема почечного валика	Не менее 120 мм	
3.10	Рама для анестезиологической ширмы	Регулируемая по ширине от 600 мм до 1150 мм	
3.12	Опора для рук	Регулировка в горизонтальном положении относительно продольной оси стола от 0 до 180 градусов	

3.13	Длина столешницы, включая головную секцию	Не менее 2250 мм	
3.14	Ширина столешницы по направляющим для крепления принадлежностей	Не менее 500 мм	
3.15	Боковые рельсы для крепления принадлежностей	8 x 30 мм	
3.16	Максимальный вес пациента	Не менее 180 кг	
3.17	Вес стола	Не более 185 кг	
4.	<b>Комплект поставки:</b>		
4.1	Экран наркозный	1 шт	
4.2	Плечевые упоры	2 шт	
4.3	Боковые упоры для тела	2 шт	
4.4	Опора для рук	2 шт	
4.5	Опора для ног	2 шт	
4.6	Фиксирующие ремни	1 шт	

**Срок поставки в течении 10 дней с момента подписания контракта.**

**Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении.**

**Поставка до места эксплуатации по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 5**